

Przedmiot zamówienia dotyczy GRUPY IA: **Głowica microconvex do badań przeziemiączkowych kompatybilna z aparatem Sonoscape SSI-6000**

Producent:

Model / typ:

Lp	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
<b>Parametry ogólne</b>			
1	Głowica microconvex do badań przeziemiączkowych o zakresie częstotliwości 8-11 MHz.	TAK/podać	
2	Promień krzywizny czoła głowicy 11mm	TAK/podać	
3	Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia	TAK	
4	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim	TAK	
5	Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie gwarancyjnym /maksymalnie 72 godz. /	TAK	
6	Serwisant	Podać	
7	W przypadku naprawy poza siedzibą Zamawiającego (powyżej 3 dni) zapewnić urządzenie o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	
8	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia	TAK	
9	Okres gwarancji min 24 miesiące	TAK/podać	

**UWAGA:**

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

2. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

.....

*Czytelny/e podpis/y (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta*