



Sokółka dn. 21.11.2012r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 130000 euro na dostawę aparatu do hemodializy oraz głowica microconvex do badań przezcięmiączkowych kompatybilna z aparatem usg Sonoscape SSI-6000 wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2012 Nr ogłoszenia – 452478 z dnia 15.11.2012r

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dodatek nr 5 do SIWZ, parametry aparatu poz.2: Czy Zamawiający dopuści regulowany przepływ płynu dializacyjnego od 0 do 700 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dodatek nr 5 do SIWZ, parametry aparatu poz.3: Czy Zamawiający dopuści aparat z płynną regulacją przepływu pompy krwi od 0 do 500 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Dodatek nr 5 do SIWZ, parametry aparatu poz.23: Czy Zamawiający dopuści prostokątny ekran nieemitujący promieniowania (norma emisji jak dla ekranów ciekłokrystalicznych)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, o ile ekran prostokątny będzie ustawiony pionowo.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał funkcję pomiaru ciśnienia krwi pacjenta? Funkcja ta jest dostępna we wszystkich aparatach do hemodializy oferowanych przez konkurencyjne firmy, jednocześnie ułatwia pracę personelowi pielęgniarskiemu oraz zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sporządził:

Małgorzata Mutwicka

Zatwierdził:
Z-ca dyrektora SPZOZ w Sokółce
Eugeniusz Giba