



Sokółka dn. 22.09.2015r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 207000 euro na dostawę **materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.**

Znak sprawy: **SPZOZ JU / 2015 Nr ogłoszenia - 2015/S 171-310704 z dnia 04 - 09- 2015r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy grupy XXXIX – zestaw do drenażu opłucnej Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH₂O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezłateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie nr 1 dotyczy Grupy XXX poz nr 1 Czy Zamawiający dopuści nóż prosty, Ø 4 mm, typu szpatuła prosta, o długości 3 x 25 mm, L-50mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie nr 2 dotyczy Grupy XXX poz nr 2 Czy Zamawiający dopuści Nóż prosty, Ø 4 mm, typu szpatuła prosta, długość 2 x1 6 mm, o długości całkowitej 100 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie nr 3 dotyczy Grupy XXX poz nr 5 Czy Zamawiający dopuści wielorazową elektroda artroskopowa bipolarna, igłową, zagięta 90°, Ø 1,5x0,6 mm o dł.115mm, kompatybilna z diatermią chirurgiczną ES 350 Emed ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Grupa X, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 17g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Grupa X, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Grupa X, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi mankietami poliestrowymi o gramaturze 35 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Grupa X, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pościel jednorazowego użytku w kolorze niebieskim, gramatura 35g/m2 w składzie:

Skład	
powłoka	200 x 150cm
powłoczka	90 x 75cm
prześcieradło	210 x 150cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Grupa XVII, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozm. 300x60mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Grupa XXIV, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści myjkę higieniczną podfoliowaną celulozowo-foliową w rozm. 22,5 x 16cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Grupa XXIV Czy w celu sprawdzenia zgodności zaferowanego wyrobu z wymogami Zamawiający na etapie rozstrzygnięcia będzie wymagał dostarczenia próbek-po 1 sztuce pieluch?

Odpowiedź: SIWZ § 6 ust.3 pkt. 3 W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów lub próbek asortymentu potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w dodatku nr 2 do SIWZ. Dokumenty lub próbki zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.

12. Grupa XXV Czy w celu sprawdzenia zgodności zaferowanego wyrobu z wymogami Zamawiający na etapie rozstrzygnięcia będzie wymagał dostarczenia próbek-po 1 sztuce pieluchomajtek?

Odpowiedź: SIWZ § 6 ust.3 pkt. 3 W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów lub próbek asortymentu potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w dodatku nr 2 do SIWZ. Dokumenty lub próbki zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie

Zamawiającego.

13. Grupa XXV Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie rozmiary pieluchomajtek pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

14. Grupa XXV Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w całości z warstw przepuszczających powietrze posiadających elastyczne przylepco-rzepy oraz zawierających superabsorbent redukujący nieprzyjemny zapach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

15. Grupa XXV Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Grupa XXV, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie w pasie 75-110cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 2 / M.

17. Grupa XXV, poz. 2 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie w pasie 100-150cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 3 / L.

18. Grupa XXV, poz. 3 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie w pasie 130-170cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 4 / XL.

19. Grupa XLI Czy nie doszło do omyłki i wymagania pod Grupą XLI dotyczą innej grupy? Wymagania dotyczą zestawów, obłożeń a w tej grupie są jedynie fartuchy, komplety oraz koszula.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza doszło do omyłki obowiązujące są zapisy dotyczące fartuchów.

20. Grupa XLI, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m². Strefa krytyczna (przód do końca i rękaw do łokcia), kontaktująca się bezpośrednio z polem operacyjnym wykonana jest z niebieskiej włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m², zapewnia całkowitą nieprzemakalność w rozm. M, L, X, XXL. Konstrukcja fartucha umożliwi dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwi wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepyłącym, poliestrowym i bezzwovym mankietem, chłonnym pot. Fartuch posiada dodatkowo owinięcie w papier krepowy, pakowany z dwoma ręczniczkami z niepyłającej włókniny kompresowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. Grupa XLI, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ubranie spodnie + bluza, wykonane z miękkiej nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m², niepyłące, oddychające. Bluza krótki rękaw z 3 kieszeniami w tym jedna na piersi dwie kieszenie boczne na dole bluzy, kolor niebieski/fioletowy. Spodnie niepyłące, oddychające, ściągane trokiem bez kieszeni w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. Grupa XLI, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę przedoperacyjną dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o masie 35 g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. Grupa XLII Czy Zamawiający dopuści produkt o odporności na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej dla odłożeń pola operacyjnego wynoszącej >190 cm H₂O wg EN 20811, wytrzymałości na wypychanie na sucho wynoszącej > 108 kPa i na mokro > 100 kPa wg EN ISO 13938-1 dla laminatu o gramaturze min. 70 g/m² oraz o odporności na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej dla odłożeń pola operacyjnego wynoszącej >250 cm H₂O wg EN 20811, wytrzymałości na wypychanie na sucho i mokro wynoszącej > 150 wg EN ISO 13938-1 dla laminatu o gramaturze min. 55 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

24. Grupa XLII, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- Kompresy z gazy 13-nitkowej 8-warstwowe o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm – 20 sztuk;
- Kleszczyki do trzymania igły – 1 sztuka;
- Pęseta plastikowa – 1 sztuka;
- Serweta z laminatu (polipropylenowo-polietylenowa) L2 90 cm x 75 cm z otworem o śr. 10 cm – 1 sztuka;
- Nożyczki – 1 sztuka
- Serweta z laminatu (polipropylenowo-polietylenowa) FB 90 cm x 75 cm do owinięcia zestawu – 1 sztuka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. Grupa XLI, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w blister bez owinięcia o składzie:

- Tupfery z gazy 17-nitkowej o wymiarach 20 cm x 20 cm - 6 sztuk;
- Pęseta medyczna – 1 sztuka;
- Rękawiczki lateksowe bezpudrowe rozmiar M z wywinętym mankietem – 2 sztuki;
- Serweta FB 60 cm x 50 cm z otworem ø5cm i rozcięciem, złożona – 1 sztuka.
- Serweta FB 60 cm x 50 cm – 1 sztuka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

26. Grupa XLI, poz. 11 Czy Zamawiający miał na myśli zestaw o składzie:

serweta	1	L2	130x90
serweta(owinięcie)	1	L2	150x90
serweta kompresowa	1	włóknina kompresowa	80x60
serweta kompresowa	6	włóknina kompresowa	25x20
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		60x60

podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		90x60
--	---	--	-------

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

28. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

29. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.”? Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

30. Zważywszy na treść § 7 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

31. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostały skreślone słowa „za które nastąpiła zapłata”? Sposób obliczania kary umownej opisany w § 8 wzoru umowy oznacza, że brak zapłaty wymagalnych zobowiązań przez Zamawiającego (czyli naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego) paradoksalnie spowoduje zwiększenie obciążającej wykonawcę kary umownej wynikającej z § 8 wzoru umowy. Taki sposób obliczania kary umownej jest sprzeczny z celem kary umownej i wymaga modyfikacji; w przeciwnym razie postanowienia § 8 wzoru umowy należałoby uznać za sprzeczne m.in. z zasadami współżycia społecznego, a tym samym za nieważne z mocy art. 58 § 2 i § 3 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

32. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy słowa „z opóźnieniem” zostały zastąpione słowami „ze zwłoką”? Uzasadnione jest aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić w przypadku co najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru ze zwłoką (czyli opóźnieniem zawinionym przez Wykonawcę), nie zaś w przypadku jakichkolwiek opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

33. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

34. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „W pozostałych przypadkach dostarczenie asortymentu innego niż opisany w niniejszej umowie, ale o porównywalnych parametrach i standardach jakościowych, wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.”? Dodanie powyższego zdania może usprawnić dostawy; nie zagraża natomiast interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował asortymentu zastępczego, będzie mógł przecież odmówić zgody na dostarczenie takiego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

35. Dotyczy Grupa X poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli Fartuchy z włókniny z rękawami zakończonymi gumką, czy zakończonymi mankietem bawełnianym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawy zakończone gumką lub mankietem.

36. Dotyczy Grupa XIII poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do EKG a'0,26L?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

37. Dotyczy Grupa XIV poz. 4,5 Czy Zamawiający wymaga, aby papiery do zewnętrznej stymulacji serca, były oryginalne zalecane przez producenta defibrylatorów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

38. Dotyczy Grupa XLI poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS pakowane z dwoma rękawami w rozmiarach min. 30x40cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

39. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-

2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

40. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podawanie cen jednostkowych netto z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku, prosimy o dopuszczenie podawania cen za 100 sztuk bądź za opakowanie handlowe?

Odpowiedź: Dodatek nr 2 do SIWZ: DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP

41. Dotyczy § 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

42. Dotyczy § 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę? Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

43. Dotyczy § 5 ust 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego towaru z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

44. Dotyczy § 6 ust. 2 i 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzając zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. W takiej sytuacji ceny netto pozostają bez zmian.”? Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy wskazanego powyżej zapisu, który umożliwi dostosowanie cen produktów do stawki podatku VAT zgodnej z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wprawdzie zaproponowana przez nas klauzula nie wynika wprost z przepisów ustawy jednakże zwracamy uwagę, iż w przypadku nie wyrażenia zgody przez zamawiającego na wprowadzenie powyższych zapisów w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany stawki podatku VAT wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem sądowej zmiany zapisów umownych na podstawie art. 357 (1) k.c.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

45. Dotyczy § 7 Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

46. Dotyczy § 8 Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że: - Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, - Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności, - Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

47. Grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 7 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

48. Grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki pakowane zbiorczo po 500 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

49. Grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 9 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki aseptyczne, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

50. Grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 9 Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki sterylne (STERILE R), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

51. Grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 10 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań? Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwo wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty. Czy Zamawiający wymaga płyt białych czy przezroczystych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płyty z rowkiem lub bez, wymagany kolor przezroczyste.

52. Grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 22 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści próbki o pojemności 4ml i wymiarach 12x75 mm? Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla próbek i osobno dla korków? Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą próbki i korki stanowią odrębne pozycje asortymentowe, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży, mogą pochodzić od innego producenta, mają też różne dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania. Powyższe

oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wielkość próbówki oraz wycenę w rozbiciu na korek i próbówkę.

53. Grupa XXVI - laboratorium: Dotyczy poz. 25 Czy Zamawiający dopuści ezy jednorazowego użytku, sterylne, o objętości 10ul, pakowane max po 20szt ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

54. Grupa XV poz.1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o nieznacznie większej od wymaganej zawartości protein tj. poniżej 70µg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

55. Grupa XV poz.1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o grubości na palcu w przedziale 0,22mm-0,23mm. Zaoferowane przez nas rękawice posiadają bardzo dobre walory użytkowe, są grubsze niż wymagane, przy czym grubość ta nie powoduje zmniejszenia wrażliwości dotykowej, zapewniają komfort bezpieczeństwa i pracy. W warunkach szpitalnych właściwości te mają bardzo praktyczne zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

56. Grupa XV poz.5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy ginekologicznej o całkowitej długości min 480mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

57. Grupa XV poz.5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy ginekologicznej w rozmiarach 6,5(S); 7,5 (M) i 8,5 (L)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

58. Grupa XV poz.6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitylowych posiadających zewnętrzną warstwę polimerową. Pragniemy nadmienić, że nityl jest materiałem syntetycznym, pozbawionym zawartości protein lateksowych, zatem jest bezpieczny dla większości użytkowników z punktu widzenia uczuleń, zastosowanie wewnętrznej warstwy polimerowej jest zbędne. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

59. Grupa XV poz.6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitylowych bez wewnętrznej warstwy polimerowej. Pragniemy również nadmienić iż nityl jest materiałem syntetycznym, pozbawionym zawartości protein lateksowych, zatem jest bezpieczny dla większości użytkowników z punktu widzenia uczuleń.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

60. Dotyczy grupy XVII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 2- 10) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

61. Dotyczy grupy XVII: Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny rękaw papierowo z zakładką o wymiarach 250mm x 60mm x 100m lub 300mm x 70mm x 100m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw 300mm x 70mm x 100m.

62. Grupa IV - pozycja 1, 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych trokarów laparoskopowych z liniowym nożem jednostronnie ostrym w osłonie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

63. Grupa IV - pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego, sterylnego narzędzia laparoskopowego o pojemności 500 ml do wyciągania woreczka żółciowego. Woreczek o wymiarach – średnica ok. 11,5 cm, długość 20,8 cm bez podbieraka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

64. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu XXVI pozycje 11, 13, 15-20 i utworzy z nich oddzielny pakiet ? szkiełka mikroskopowe oraz pojemniki do transportu są grupa produktów używanych głównie w zakładach patomorfologii. Pozostałe pozycje swojej zastosowanie znajdują głównie w Laboratorium. Wydzielenie do osobnego pakietu ww. pozycji umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców co przełoży się na bardziej konkurencyjne ceny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

65. Czy Zamawiający dla pakietu XXVI wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę z których jednoznacznie będzie wynikać, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Oryginalne materiały/foldery producenta jakich żąda Zamawiający w par 6 pkt 3 ust 2 SIWZ bardzo często nie odnoszą się do szczegółowych parametrów zawartych w SIWZ i są jedynie ulotką informacyjną. W związku z tym dosłowne tłumaczenie na język polski takich materiałów nie potwierdzałoby wszystkich wymaganych przez SIWZ parametrów, zatem zasadne jest potwierdzenie ich na sporządzonym przez oferenta, szczegółowym folderze. Jednocześnie wykonawca oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

66. Czy Zamawiający dla pakietu XXVI odstąpi od wymogu posiadania dokumentów lub oświadczenia dotyczącego dopuszczenia do obrotu i używania na wszystkie oferowane w pakiecie wyroby zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych? Niektóre z produktów w pakiecie XXVI nie są objęte ww. ustawą i obłożone zostały przez polskiego ustawodawcę 23% stawką VAT. Nie dyskwalifikuje to jednak do stosowania ich w placówkach lecznictwa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

67. Czy Zamawiający w pakiecie XXVI pozycji 4 wymaga próbek stożkowodennych czy okrągłodennych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek stożkowodennych.

68. Czy Zamawiający w pakiecie XXVI pozycji 5 wyraża zgodę na zaoferowanie wymazówek klasy I, z 48 godzinnym okresem przeżywalności drobnoustrojów, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

69. Czy Zamawiający w pakiecie XXVI pozycji 6 wyraża zgodę na zaoferowanie wymazówek klasy I, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

70. Czy Zamawiający w pakiecie XXVI pozycji 11 wyraża zgodę na zaferowanie standardowych szkiełek podstawowych o wymiarach 75x25x1mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

71. Czy Zamawiający w pakiecie XXVI pozycji 14 wyraża zgodę na zaferowanie pojemników wykonanych z mlecznoprzezroczystego polipropylenu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

72. W przypadku braku zgody na propozycję z pytania 8, zwracamy się z prośbą o możliwość pojemników o pojemności 100 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

73. Czy Zamawiający w pakiecie XXVI pozycji 23 wyraża zgodę na zaferowanie próbek pakowanych zbiorczo po 50 sztuk? Sterylność zachowana jest wewnątrz próbki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

74. Czy Zamawiający w pakiecie XXVI pozycji 25 wyraża zgodę na zaferowanie ez o standardowej pojemności 10 ul?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

75. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

76. Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru umowy w §2 ust.1 zdanie drugie „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

77. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 2, ust. 3 na zapis: „W przypadku nie zachowania terminów ustalonych w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości niedostarczonej części dostawy za każdy dzień opóźnienia”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

78. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 3, ust. 1 na zapis: „Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

79. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 3, ust. 2 na zapis: „Zamawiający może zrezygnować w trakcie realizacji umowy z części asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (jednak nie więcej niż o 20%), jeżeli okaże się on Zamawiającemu zbędny, a Wykonawca ma jedynie prawo do wynagrodzenia za już realizowaną część dostawy”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

80. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 6, ust. 2 na zapis: „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmianą wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT. Zmiana stawki VAT wchodzi automatycznie w dzień wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, bez konieczności aneksowania umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

81. Pakiet 1, poz. 1,2,4,7_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych, wykonanych z : tłok: polietylen, cylinder: polipropylen, z przezroczystym cylindrem oraz białym kontrastującym tłokiem, z czytelną czarną skalą na cylindrze, skala na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, opakowanie typu blister-pack, pakowane pojedynczo, opakowanie handlowe zróżnicowane kolorystycznie, sterylizowane tlenkiem etylenu, z logo producenta na cylindrze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

82. Pakiet 1, poz. 3_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w op. 125 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

83. Pakiet 1, poz. 6 Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje zaferowania „strzykawek wypełnionych 0,9% NaCl do przepłukiwań dostępu naczyniowego w zestawie z korkiem”, natomiast zapis” do dezynfekcji zaworu bezigłowego, nasączonego 70% izopropanolem” wdarł się przypadkowo.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wkraśl się błąd obowiązujące zapisy to: Strzykawka wypełniona NaCl 0,9% 10 ml do przepłukiwań dostępu naczyniowego w zestawie z korkiem.

84. Pakiet 1, poz. 6 Czy Zamawiający oczekuje strzykawki posiadającej specjalną budowę tłoka eliminującej zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

85. Pakiet 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki, których tłok wychodzi poza przestrzeń sterylną strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

86. Pakiet 1, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w op. 80szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

87. Pakiet 1, poz. 8,9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 50/60 lub 50 ml wyposażonych jednostronną skalę pomiarową bez czterostronnego podcięcia tłoczyska. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawk do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

88. Pakiet 1, poz. 8,9 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie pompy infuzyjne Zamawiający ma na swoim wyposażeniu.

Odpowiedź: Ascor, Kwapisz.

89. Pakiet 1, poz. 8,9 Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane strzykawki trzyczęściowe do pomp w celu pełnej kompatybilności z pompami infuzyjnymi i bezawaryjnej podaży leku były wymienione w instrukcji użytkowania pomp infuzyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

90. Pakiet 1, poz. 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej do pobierania leków z filtrem sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

91. Pakiet 5, poz. 3,4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby zamknięty system dostępu naczyniowego był bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przezroczystym plastikowym konektorze (membrana powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

92. Pakiet 5, poz. 10 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli zestaw w składzie: Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydiny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenu wodoru, 6 gąbek-aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

93. Pakiet 5, poz. 14 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza.

94. Pakiet 6, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do niskociśnieniowego drenażu ran z hemisferyczną komorą okrągłą o pojemności 300 ml, zapewniającą stały poziom podciśnienia w całym okresie drenażu, worek o pojemności 600 ml, ze skalą co 25 ml od 25 do 50ml, co 50 ml od 50 do 200 ml, od 200 ml do 600 ml skalowany co 100 ml. System wyposażony w zastawki antyzwrotne oraz zintegrowany hydrofobowy filtr antybakteryjny, specjalny uniwersalny łącznik do drenów 8-18 CH, dren o dł. 100 cm, podwójny system podwieszania, dren o dł. Min. 100 cm. System sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

95. Pakiet 6, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych do zamkniętego systemu do niskociśnieniowego drenażu ran, z hydrofobowym filtrem antybakteryjnym, o pojemności 600 ml, ze skalą co 25 ml od 25 do 50ml, co 50 ml od 50 do 200 ml, od 200 ml do 600 ml skalowany co 100 ml, z czytelną instrukcją obsługi i dokładną skalą wydrukowaną fabrycznie na każdym worku. Worek wykonany z PCV, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

96. Pakiet 6, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra wykonanych z mieszaniny silikonu i lateksu o dł. Ramion 16 cm i 70 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

97. Pakiet 6, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Pezzera w rozm. 28-34 Ch.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

98. Pakiet 6, poz. 4 Czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

99. Pakiet 6, poz. 5 Czy dreny mają posiadać specjalne wzmocnienia na całej długości, zapewniające jego niezasypanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

100. Pakiet 6, poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego z ergonomicznym białym uchwytem/rękojeścią oraz przezroczystą końcówką ssącą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

101. Pakiet 6, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego z ergonomicznym białym uchwytem/rękojeścią oraz przezroczystą końcówką ssącą w uchwycie CH 22.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

102. Pakiet 6, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego z ergonomicznym białym uchwytem/rękojeścią oraz przezroczystą końcówką ssącą z uchwytem 22CH z kontrolą siły ssania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

103. Pakiet 7, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki intubacyjne mają posiadać znacznik intubacji w postaci czarnego końca rurki, w celu łatwej wizualizacji podczas intubacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

104. Pakiet 7, poz. 2_Czy rurka intubacyjna ma posiadać czarny gruby znacznik intubacji, wokół całego obwodu rurki, w celu łatwej wizualizacji podczas intubacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

105. Pakiet 7, poz. 5 Czy filtr ma posiadać celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci oraz wagę max. 31 g oraz przestrzeń martwą max. 35 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

106. Pakiet 7, poz. 5 Czy filtry mają posiadać fabrycznie z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

107. Pakiet 7, poz. 6_Czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać samodomykający się silikonowy port do odsysania położony między dwiema celulozowymi membranami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

108. Pakiet 7, poz. 8, 9_Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. Pozycji z pakietu. Państwa zgoda rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.

109. Pakiet 7, poz. 10_Czy rurka tracheostomijna ma posiadać płynny nieskokowy przesuw ramki (uchwyty)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

110. Pakiet 11, poz. 3_Czy cewnik Foley'a 100% silikon ma pozwalać na pełną wizualizację wydzieliny, w celu wczesnego wykrycia zmian – krwawienia, cech infekcji układu moczowego oraz zakażeń, poprzez pełną przezroczystość cewnika oraz wyposażony w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną cieczą (gliceryną) dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

111. Pakiet 11, poz. 10_Czy ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta zamawiający oczekuje by system zamknięty do godzinowej diurezy posiadał zastawkę w schodkowym łączniku do podłączania cewnika foley – co uniemożliwia reflux moczu z drenu do pęcherza?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

112. Pakiet 15, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w rozmiarze XL w op. a 90 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

113. Pakiet 15, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na ściankach opakowania bez oznakowania kolorystycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

114. Pakiet 15, poz. 3_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych w rozmiarach S,M,L,XL, gdzie rozmiar XL jest pakowany w op. A 90 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

115. Pakiet 15, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z poliizoprenu, materiału o właściwościach podobnych do lateksu, bez zawartości lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

116. Pakiet 15, poz. 6,7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w rozmiarze XL w op. a 90 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

117. Pakiet 15, poz. 6,7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na ściankach opakowania bez oznakowania kolorystycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

118. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 5-7 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.

119. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zaciskacza do pępowiny mikrobiologicznie czystego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

120. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 31 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie worków zamkniętych z otworem 10 mm lub 25 mm i przycięciem 70/90 mm producenta Dansac spełniającego resztę wymogów SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

121. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 29 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.

122. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 32 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie worków z możliwością opróżniania z otworem 10 mm lub 25 mm i przycięciem 70/90 mm producenta Dansac spełniającego resztę wymogów SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

123. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 30 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.

124. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny o gramaturze 20 g/m2 spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

125. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 5 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie czepka męskiego typu furażerka, bez potnika lecz wykonanego z chłonnej włókniny wiskozowej. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

126. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 7 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pościeli z włókniny o gramaturze 30 g/m2 spełniająca resztę postawionych wymagań SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

127. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1 i 3 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników foleja z lateksową zastawką spełniający resztę postawionych wymagań SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

128. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 10 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.

129. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 11 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.

130. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 14 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.

131. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa XXV, pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o obwodzie pasa 73-122cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 2/M.

132. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa XXV, pozycja 2): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o obwodzie pasa 92-144cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 3/L.

133. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa XXV, pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 4/XL.

134. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa XXV): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ. Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

135. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa XXV, pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności 2400ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

136. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 2,3 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa XXV, pozycje: 2,3): pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności 2700ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

137. Dotyczy pakietu nr 22 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluchomajtek o kształcie anatomicznym nie posiadający minimum jednego ściągacza producenta Abena. Kształt anatomiczny pieluchy zapewnia komfort dla pacjenta jak i zabezpiecza przed przeciekaniem płynów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

138. Dotyczy SIWZ Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający będzie kontrolował transport asortymentu na bieżąco.

139. Czy Zamawiający dopuści w Grupie XLVI, poz. nr 1: 15 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max. 1870 μm , grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2 , wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, kolor biały ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

140. Czy Zamawiający dopuści w Grupie XLVI, poz. nr 2: 10 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max. 1870 μm , grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2 , wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, kolor biały ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
Dyrektora SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski