



Sokółka dn. 11.09.2019r

### WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 221000 euro na dostawę **materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.**

Znak sprawy: **SPZOZ JU / 2019 Nr ogłoszenia – 2019/S 159-392219 z dnia 20 - 08- 2019r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy Grupy 14 poz. 5 i 6: W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 09.09.2019 r. na pytania nr 30 i 31: „Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z maską i drenem o długości 200 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?” oraz „Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z maską i rezerwuarem oraz drenem o długości 200 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?” zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy podtrzymując zapisy SIWZ, nie popełnił omyłki pisarskiej? Swoje pytanie kierujemy, ponieważ z naszej wiedzy wynika, że na polskim rynku nie są dostępne maski do podawania tlenu z cewnikiem o długości 300-320 cm, a jedynie 200-220 cm. Długość 300-320 cm jest dostępna dla samych cewników do podawania tlenu, pozbawionych masek. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w grupie 14 poz. 5 i 6 masek do podawania tlenu z drenem długości 200 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający w Grupie 14 poz. 5 i 6 dopuszcza maskę do podawania tlenu z drenem długości 200 cm.**

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektora SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski