Dodatek nr 2 do SIWZ - asortymentowo-cenowy

Warunki:
- tromboplastyna ludzka (nierekombinowana) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1)
- kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika
- ilościowe oznaczanie D- dimerów w czasie poniżej 12 minut (met. immunoturbidymetryczna)
- fibrynogen metoda Claussa, zakres pomiarowy 80 – 900 mg/dl
- kalibratory i osocza kontrolne pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania po rozpuszczeniu (niezbędna gwarancja producenta)

Ilości oznaczeń w tabeli są podane na okres trwania umowy (3 lata)

Lp	Nazwa Odczynniki koagulologiczne wraz z dzierżawą analizatora	Jm	Ilość	Cena jedn netto	% VAT	Cena jedn brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent / Nr. katalogowy
1	Czas protrombinowy	ozn.	24000							
2	Czas koalinowo-kefalinowy	ozn.	10000							
3	Fibrynogen	ozn.	5000							
4	D-dimery	ozn.	12000							
5	Dzierżawa analizatora	mies	36							
6	Podłączenie do istniejącej laboratoryjnej sieci informatycznej PROMETEUSZ II	szt	1							
Ilości odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych podać z uwzględnieniem podanej ilości badań (wymienić)										
						RAZEM				

Wartość netto razem..... Wartość brutto razem.....

data.....

pieczęć i podpis oferenta.....