



Sokółka dn. 04.09.2018r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 221000 euro na dostawę **materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.**

Znak sprawy: **SPZOZ JU / 2018 Nr ogłoszenia – 2018/ S155-355028 z dnia 14 - 08- 2018r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

MODYFIKACJA SIWZ

W związku z omyłką pisarską popełnioną przez Zamawiającego dotyczącą dodatku nr 2 do SIWZ – Grupa 39 poz. 3, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP informuje, iż dokonuje modyfikacji n/w zapis:

Stan istniejący:

Kleszczyki wielorazowe do elektrody systemu zamykania naczyń do 7mm włącznie, kompatybilne z systemem Liga Sure, długość 25 cm, szczęki zakrzywione pod kątem 30 stopni

Stan po modyfikacji:

Kleszczyki wielorazowe do elektrody systemu zamykania naczyń do 7mm włącznie, kompatybilne z systemem Liga Sure, długość 25 cm, szczęki zakrzywione pod kątem 34 stopni

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektora SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski