



Sokółka dn. 03.10.2012r

### Ogłoszenie o wyborze oferty

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 130000 euro na dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ - CPV-33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: **SPZOZ Koagulologia / 2012 Nr ogłoszenia – 190293 z dnia 04 -09- 2012r**

W grupie wybrano następującą ofertę:

Wybrana firma	Wartość netto / brutto zł wybranej oferty	Nr oferty / Liczba pkt.
numer oferty: 1 Siemens Sp. z o.o. Sektor Healthcare Diagnostics ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa Najtańsza oferta.	99246,10 <b>107733,29</b>	1 / 100,00
Werfen Polska Sp. z o.o., ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa		ODRZUCONY

**PRZEWIDYWANY TERMIN ZAWARCIA UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ TO 09.10.2012r  
w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub zgodnie z pisemnym wnioskiem Wykonawcy.**

#### Oferty odrzucone 1

Zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2 oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodatek nr 2 asortymentowo-cenowy - odrzuca ofertę Wykonawcy Werfen Polska Sp. z o.o., ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa.

Zamawiający zapisami SIWZ § 6 ust. 3 pkt. 3) wymagał dostarczenia:

3) **Firmowy, czytelny dokument producenta asortymentu z którego ma jednoznacznie wynikać, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia z podaniem strony i numeru pozycji asortymentu której dotyczy (katalog, prospekt, ulotka).**

Na wezwanie Zamawiającego z dnia 21.09.2012r do uzupełnienia oferty w/w zakresie, Wykonawca uzupełnił ofertę. W dostarczonej ulotce kalibratora Calibration plasma – 0020003700 w instrukcji dotyczącej przechowywania i stabilności odczynnika znajduje się zapis: „Trwałość po ropuszczeniu.... **Nie zamrażać ponownie.**” Jest to niezgodne z SIWZ – Zamawiający w dodatku nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowym wymagał: „kalibratory i osocza kontrolne pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z **możliwością zamrażania po rozpuszczeniu...**”.

Zamawiający mając na względzie art.7, zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp zachowując zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa ofertę w w/w grupie.

#### Oferenci wykluczeni z postępowania

Z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Pouczenie: zgodnie z art. 180 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć informacje o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.

Sporządził:  
Małgorzata Mutwicka

Zatwierdził:  
Dyrektor SPZOZ w Sokółce  
Jerzy Kułakowski