



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat.0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpital Sokolka.pl/kontakt.html

Sokółka dn. 19.08.2011r

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 125000 euro na dostawę: Krążki do antybiogramów, Grupa I Odczynniki monoklonalne, Grupa II Odczynniki do analizy równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów do aparatów Corning 248 i analizatora jonoselektywnego Rapidchem 744 Odczynniki do badania kału, Grupa IV Odczynniki serologiczne, Grupa V Odczynnik Giemsy, Grupa VI Zestaw do rozdzielania elektroforetycznego białek surowicy, Grupa VII Odczynniki bakteriologiczne, Grupa VIII Szczepy wzorcowe wraz z zestawem do ich przechowywania, Grupa IX Testy do oznaczeń borelioza + anty HCV, Grupa X.

Znak sprawy: **SPZOZ 2_LAB / 2011 Nr ogłoszenia - 225980 z dnia 02 -08- 2011r**

W poszczególnych grupach wybrano następującą ofertę:

Nr grupy	Wybrana firma	Wartość netto / brutto zł wybranej oferty	Nr oferty / Liczba pkt.
I	<i>numer oferty: VI</i> Emapol Sp.zo.o 80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 68 <i>Jedna oferta.</i>	3320,00 3585,60	VI / 100,00
II	<i>numer oferty: VII</i> Farmator Sp.zo.o. 87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 36 <i>Najtańsza oferta.</i>	7500,00 8100,00	VII / 100,00
III	<i>Przetarg unieważniono. Art. 93.ust.1 pkt 4 ustawy PZP. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</i>		
IV	<i>numer oferty: XI</i> Fabimex B. i W. Więcek Sp. J. 04-565 Warszawa ul. Cedrowa 16 <i>Jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu</i>	25740,00 27799,20	XI / 100,00
	AQUA MED 90-323 Łódź ul. Targowa 55		ODRZUCONA
V	<i>numer oferty: VI</i> Emapol Sp.zo.o 80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 68 <i>Najtańsza oferta.</i>	1740,00 1879,20	VI / 100,00
	AQUA MED 90-323 Łódź ul. Targowa 55		III / 82,20
	STAMAR mgr. inż D. Szewczyk 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. F. Perla 5		ODRZUCONA
VI	<i>Przetarg unieważniono. Art. 93.ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.</i>		
VII	<i>numer oferty: V</i> PZ Cormay SA 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22 <i>Jedna oferta.</i>	3540,00 3823,20	V / 100,00
VIII	<i>numer oferty: I</i> Lencomm Trade International E. Lenczewska-Tomczak sp. j., 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133 <i>Najtańsza oferta.</i>	5676,00 6130,10	I / 100,00
	Emapol Sp.zo.o 80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 68		VI / 94,60

IX	<i>numer oferty: VI</i> Emapol Sp.zo.o 80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 68 <i>Najtańsza oferta.</i>	3151,60 3532,07	VI / 100,00
	GRASO Zenon Sobiecki 83-200 Stargard Gdański ul. Krąg 4A		X / 61,47
X	<i>numer oferty: VIII</i> BIOMEDICA Poland Sp.zo.o. 05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13 <i>Jedna oferta.</i>	28680,00 31334,40	VIII / 100,00

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAWARCIA UMÓW Z WYBRANYMI WYKONAWCAMI TO 26.08.2011r w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub zgodnie z pisemnym wnioskiem Wykonawcy.

Oferty odrzucone 1

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 Ustawy PZP Zamawiający, powołując się na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodatek nr 2 asortymentowo - cenowy, odrzuca ofertę firmy AQUA MED 90-323 Łódź ul. Targowa 55 w Grupie IV i VI.

W dodatku nr 2 dla grupy IV poz.2 Zamawiający wymagał: „Jednoetapowy test kasetowy do wykrywania krwi utajonej w kale metodą immunochromatograficzną z przeciwciałami anty Hb a'25-30 płytek bez diety, gotowy do użycia, **czułość 40 ng/ml**”. W dokumentach potwierdzających że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (katalog) na str. 21 podane jest iż, **czułość większa lub równa 50 ng/ml**. Jest to niezgodne z SIWZ.

W dodatku nr 2 dla grupy VI poz.1 Zamawiający wymagał: „Gotowy do użycia odczynnik Giemsy do barwienia preparatów hematologicznych a'0,5-1L”. W toku postępowania pismem z dnia 04.08.2011r w odpowiedzi na zapytanie dotyczące Grupy VI - Czy Zamawiający dopuści barwnik Giemsy w postaci koncentratu 10x stężonego, jeżeli tak czy ilość dostarczona ma być zgodna z ilością zamawianą? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawianą ilość należy zmniejszyć 10-krotnie zaznaczając ten fakt w dodatku nr. 2 asortymentowo-cenowym oraz zapewnić odpowiednią ilość rozcieńczalnika.** W dokumentach potwierdzających że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (katalog) na str. 42 opisany jest sposób wykonywania badania przy użyciu odczynnika Giemsy o nr. katalogowym 1020 jaki oferuje Wykonawca. Zgodnie z opisaną metodologią do wykonania badania niezbędny jest bufor oraz rozcieńczalnik Wykonawca nie zaoferował w ofercie odpowiedniej ilości rozcieńczalnika ani bufora do stężonego odczynnika Giemsy. Zamawiający przypomina iż, przedmiotem zamówienia był „**Gotowy do użycia odczynnik Giemsy**”. Jest to niezgodne z SIWZ.

Zamawiający mając na względzie art.7 oraz art. 82 zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp, zachowując zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa ofertę w Grupie IV i VI.

Oferty odrzucone 2

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy PZP Zamawiający, powołując się na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia § 6 ust.3 pkt. 1, odrzuca ofertę firmy STAMAR mgr. inż D. Szewczyk 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. F. Perla 5 w Grupie V i VI.

W § 6 ust.3 pkt. 1 Zamawiający wymagał: „firmowy, czytelny dokument (katalog) z którego ma jednoznacznie wynikać, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia z podaniem strony i numeru pozycji asortymentu potwierdzającej zgodność wymagań Zamawiającego. ”.W ofercie brak w/w dokumentów. Jest to niezgodne z SIWZ. Zamawiający pismem z dnia 11.08.2011r (wysłane fax i list) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wykonawca nie skorzystał z możliwości uzupełnienia dokumentów do upływu wyznaczonego terminu tj. 18.08.2011r do godz. 10:00.

Zamawiający mając na względzie art.7 oraz art. 82 zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp, zachowując zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa ofertę w Grupie V i VI.

Oferenci wykluczeni z postępowania

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Pouczenie: zgodnie z art. 180 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć informacje o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski