



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sokółka dn. 22.01.2019r

WSZYSCY UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 221000 euro na dostawę sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV– 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. pt. „Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SPZOZ w Sokółce”.

Znak sprawy: **SPZOZ APMED 1 / 2019 Nr ogłoszenia – 2019/S 009-016009 z dnia 14 - 01- 2019r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Grupa - 7, Aparat USG – 1 kpl dotyczy pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z monitorem wysokiej rozdzielczości 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu 21,5 cala?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Grupa - 7, Aparat USG – 1 kpl dotyczy pkt. 51, 52, 53, 54, 56 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który ma możliwość rozbudowy o wymagania wymienione w punktach 51, 52, 53, 54 i 56 ? Aparat USG nie będzie wyposażony o wymagania z punktów 51, 52, 53, 54, 56, ale będzie można go w przyszłości doposażyć w takie oprogramowanie i funkcje?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający doprecyzowuje iż w poz. 51, 52, 53, 54, 56 oczekuje możliwości rozbudowy w przyszłości o wymagania wymienione w punktach 51, 52, 53, 54 i 56.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski