



Sokółka dn. 02.10.2018r

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 221 000 euro na dostawę odczynników do oznaczania hormonów wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego do ich oznaczeń, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do SIWZ - CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: **SPZOZ Hormony / 2018 Nr ogłoszenia - 622828-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Prosimy o wyrażenie zgody na dostawienie w formularzu cenowym kolumny "Wielkość opakowania odczynnika" oraz "ilość opakowań odczynnika na 36 m-cy".

### **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wykonywanie oznaczenia homocysteina odbywało się na analizatorze pracującym już w Laboratorium Zamawiającego? W tabeli oferty ujęte zostaną odczynniki, kalibrator i kontrola do wykonania badań Homocysteiny.

### **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

### **Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.**

4. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążyowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

### **Odpowiedź: Również jako marker.**

5. Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki w punkcie 5 formularza dodatek nr 5 do SIWZ: Możliwość wykonania 15 lub więcej oznaczeń z jednej próbki, punktacja powinna wyglądać: 15 oznaczeń - 5pkt, Powyżej 15 - 10pkt

### **Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powinno być: 15 oznaczeń - 5pkt, Powyżej 15 - 10pkt.**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych ich trwałość przy dostawie wynosiła 3-6 miesięcy? Wynika to sporadycznie z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na który Oferent nie ma wpływu.

### **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

7. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w punkcie 10 formularza dodatek nr 5 do SIWZ, czy podana objętość próbki 50-60 ul dotyczy objętości próbki aspirowanej przez analizator do jednego oznaczenia?

### **Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli całkowitą objętość próbki 50-60 ul.**

8. Dot. par. 2 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

### **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

9. Dot. par. 2 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych? Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje

naprawienie szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

10. Dot. par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie po 3 dni słowa "roboczych"?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

11. Dot. par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę "dwukrotnie" na "trzykrotnie"

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski