



Sokółka dn. 01.09.2015r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 207000 euro na dostawę: odczynników do analizatora jonoselektywnego Rapidchem 744 Grupa IA, odczynnik Giemsa, Grupa IIA , zestawów do rozdzielania elektroforetycznego białek surowicy, Grupa IIIA, płynne odczynniki bakteriologiczne, Grupa IVA, - Kod CPV: 33696500-0 - odczynniki laboratoryjne

Znak sprawy: **SPZOZ LAB3 / 2015 Nr ogłoszenia 221450z dnia 27 -08- 2015r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

Pytanie 1 – Mając na uwadze, że aparat Rapidchem 744 posiada kodowane odczynniki co monopolizuje rynek do jednego dostawcy – uniemożliwia zaoferowanie materiałów zużywalnych innych niż producenta aparatu, czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych wystarczających do wykonania zaplanowanej ilości badań z nieodpłatnym użyczeniem nowego analizatora renomowanego producenta i bezpłatnym serwisem na okres dwóch lat?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 – Jaką ilość badań: NAK/CI Zamawiający planuje wykonać w okresie 2 lat?

Odpowiedź: 2400 badań.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski