



Sokółka dn. 10.11.2014r

WSZYSCY UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 207000 euro na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne.

Znak sprawy: **SPZOZ JU 2 / 2014**

Nr ogłoszenia - 363224 - 2014 z dnia 03.11.2014 oraz 364318 – 2014 z dnia 04.11.2014r

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy Grupa IA kołnierze, szyny pozycja 1 – czy Zamawiający w opisie parametrów: Szyny aluminiowe palcowe z gąbką 210 mm ze skrzydełkami nie zastosował omyłki pisarskiej w podanym wymiarze. Według naszej wiedzy podany wymiar (210mm) szyny palcowej aluminiowej z gąbką ze skrzydełkami nie istnieje na rynku. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szyny palcowej aluminiowej z gąbką 120mm ze skrzydełkami.

Odpowiedź: Tak, jest to omyłka pisarska wymagany rozmiar to 120mm. Zamawiający dopuszcza szynę aluminiową palcową ze skrzydełkami w rozmiarze 120mm.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgier

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski