



Sokółka dn. 23.11.2017r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 209000 euro na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne

Znak sprawy: **SPZOZ 2JU / 2017 Nr ogłoszenia – 618694-N-2017 z dnia 20 -11- 2017r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. G R U P A IA – worki stomijne, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z przylepcem bez nacięć bocznych, docięcie w zakresie 13-70-80mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. G R U P A IA – worki stomijne, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z przylepcem do docięcia bez nacięć bocznych, docięcie w zakresie 13-60mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. G R U P A IA – worki stomijne, pozycja 3: Jaka ilość tub pasty należy zaoferować w przypadku produktu o pojemności jednostkowej 100 g?

Odpowiedź: Dodatek nr. 2 do SIWZ „ Wymagana ilość 1800g”

4. Grupa VI A Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1 Grupy VI A i zaoferowanie zestawu z zastawką do splukiwania miejsca obliteracji, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski