



Sokółka dn. 11.08.2011 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 125000 euro na dostawę implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV - 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: **SPZOZ 2_IMP / 2011 Nr ogłoszenia - 214545 z dnia 09.08.2011**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Czy Zamawiający w **Grupie IIA poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø4,5 mm o dł. L=26 mm-110 mm zamiast L=25 mm-110 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dla Grupy II zapisał: Dopuszcza się tolerancję L +/- 5%.

2. Czy Zamawiający w **Grupie IIA poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø6,5 mm o dł. L=40 mm-110 mm zamiast L=25 mm-110 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w **Grupie IIA poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania płyt DHS o długościach 64-272 mm, zamiast 84-292mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w **Grupie IIA poz. 11** dopuści z możliwość zaoferowania śruby zespalającej Ø12,5 mm o dł. gwintu 22 i 27 mm, zamiast 18 i 27mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski