



Sokółka dn. 12.06.2018r

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 221000 euro na dostawę tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: **SPZOZ 2IMP / 2018 Nr ogłoszenia – 2018/S 104-237170 z dnia 02.06.2018r.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje iż wpłynęły zapytanie mające wpływ na treść SIWZ:

1. Pakiet 19, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach: Rozmiar M: rozmiar: 2.4mm i/lub 4.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: max 1,0 siła zamykania wynosi: 20-40(gf) Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych klipsów.

### **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 19 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

### **Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Sporządził:  
St. inspektor d/s zamówień publicznych  
Andrzej Dowgier

Zatwierdził:  
Dyrektor SPZOZ w Sokółce  
Jerzy Kułakowski