



Sokółka dn. 03.06.2011 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 125000 euro na implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego wraz z użyczeniem instrumentarium oraz leki wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne; 33600000-6 Produkty farmaceutyczne.

Znak sprawy: **SPZOZ IMP / 2011 Nr ogłoszenia - 2011/S 104-170440 z dnia 31 -05- 2011r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Czy w grupie XII Zamawiający dopuszcza implanty o następujących parametrach: - trzpień krótki tytanowy o kształcie pozwalającym zachować naturalną anatomię. W części pokryty mikroutkaniem tytanowym (plasma). Kształt zbieżność w trzech płaszczyznach o przekroju trapezoidalnym. Cztery wersje kąta szyjkowego 140, 137, 129, 127 stopni. Dla każdej wersji kąta szyjkowego trzpień w 14 rozmiarach. - Panewka tytanowa w rozmiarach od 46 do 68 (skok co 2mm). Powierzchnia panewki szorstka, porowata pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą ostointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śrubę i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski