



Sokółka dn. 06.09.2012 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 130000 euro na dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ - CPV-33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: **SPZOZ Koagulologia / 2012 Nr ogłoszenia – 190293 z dnia 04 -09- 2012r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga analizatora o automatycznym pobieraniu i utylizacji pojedynczych kuwet, nie połączonych w bloki czy rotory?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga oznaczenia DDimerów wystandaryzowanej na jednostkę mg/l (ng/ml FEU) z punktem odcięcia 0,5mg/l FEU (500ng/ml FEU)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski