



Sokółka dn. 12.06.2018r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartość 221000 euro na dostawę leków, oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6.

Znak sprawy: **SPZOZ 2LEKI / 2018 Nr ogłoszenia – 569106-N-2018 z dnia 2018-06-07**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje iż wpłynęły zapytanie mające wpływ na treść SIWZ:

1. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowego leczenia ran w składzie: Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm; b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający dopuści w pozycji 2 zestaw do podciśnieniowego leczenia ran duży w składzie: Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający dopuści w pozycji 3-5, zestaw opatrunkowy na rany płytke w składzie: Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający dopuści w pozycji 6 zestaw do podciśnieniowej terapii ran w składzie: Jałowy zestaw opatrunkowy okrągły do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 2 x okrągły opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach średnica 12,5 cm x grubość 1,6 cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła dren c 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający dopuści w pozycji 7, Y złącze kompatybilne z wszystkimi opatrunkami i zbiornikami o parametrach: Jałowe dodatkowe Złącze Y, umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający w pozycji 8 dopuści zbiornik na wydzielinę 300 ml o parametrach: Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. ZADANIE NR 8a Czy zamawiający w pozycji 9 dopuści zbiornik na wydzielinę 800 ml o parametrach: Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml, z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. Do oferty dołączamy użyczenie urządzeń do terapii podciśnieniowej VivanoTec Pro, kompatybilne z asortymentem z powyższych pozycjach na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sporządził: St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski