



Sokółka dn. 07.12.2015r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 207000 euro na dostawę aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV - 33181100-3 - Urządzenia do hemodializy; 33170000-2 - Aparatura do anestezji i resuscytacji; 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne.

Znak sprawy: **SPZOZ APMED / 2015 Nr ogłoszenia – 327634 z dnia 02 -12- 2015r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dot. dodatek nr 5 – minimalne parametry techniczne Grupa 3 – aparat do znieczulenia Pkt. 24: Czy Zamawiający oczekuje systemu oddechowego montowanego na ramieniu co ułatwi pozycjonowanie aparatu na Sali operacyjnej?

Odpowiedź: TAK

2. Dot. dodatek nr 5 – minimalne parametry techniczne Grupa 3 – aparat do znieczulenia Pkt. 26: Czy Zamawiający oczekuje zastawki z funkcjonalnością ułatwiająca szybką reakcję w sytuacjach nagłych, tzn. natychmiastowe zwolnienie ciśnienia bez konieczności skręcania zaworu do minimum?

Odpowiedź: TAK

3. Dot. dodatek nr 5 – minimalne parametry techniczne Grupa 3 – aparat do znieczulenia Pkt. 45: Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją PEEP od 0 do 20 cmH2O?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

4. Dot. dodatek nr 5 – minimalne parametry techniczne Grupa 3 – aparat do znieczulenia Pkt. 46: Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją czułości w zakresie do 15l/min?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

5. Dot. dodatek 3 - projekt umowy §7 pkt.10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancyjnym w częstotliwości określonej zaleceniami producenta sprzętu medycznego?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski