



Sokółka dn. 19.06.2013 r.

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 130000 euro na dostawę implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne; 33600000-6 Produkty farmaceutyczne.

Znak sprawy: **SPZOZ IMP / 2013 Nr ogłoszenia – 2013/S 101-172872 z dnia 28 -05- 2013r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje iż wpłynęły zapytanie mające wpływ na treść SIWZ:

1. Czy Zamawiający dopuści zaofertowanie implantu według opisu: **GRUPA XIV** - Wykonawca dostarczy kompletne instrumentarium umieszczone w kontenerach do sterylizacji, niezbędne do implantacji dostarczonych protez. Instrumentarium to zostanie dostarczone wraz z pierwszą dostawą protez i będzie przechowywane w siedzibie Zamawiającego przez okres trwania umowy. W skład systemu musi wchodzić nowoczesne modułowe instrumentarium pozwalające na precyzyjne i proste dokonanie implantacji endoprotez cementowych i bezcementowych jednym instrumentarium. Raszpla powinny opracowywać jamę szpikową pod właściwy rozmiar trzpienia oraz ponadto musi być jednocześnie przymiarem endoprotezy co w połączeniu z główką próbną pozwala dobrać właściwy rozmiar implantów i ułatwić dalszy zabieg. Frezy panewkowe bezwzględnie muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem motorowym Aesculap lub Synthes. Wykonawca w pierwszej dostawie dostarczy nieodpłatnie dwa komplety endoprotez. Wykonawca uzupełni zużyte elementy odpłatnie do pełnego kompletu, pozostałe elementy endoprotezy pozostaną w użyczeniu u Zamawiającego. Endoprotezy cementowe, bezkońnerzowe, stawu biodrowego w minimum 7 rozmiarach, z lateralizacją (off-set) rosnącym z każdym rozmiarem, trzpień prosty o przekroju prostokątnym dla lepszej stabilizacji derotacyjnej, stop CoCr wysokopolerowany, eurostożek 12/14. Głowa metalowa (S,M,L,XL,XXL) Ø28mm. Panewka w rozmiarze 42-60mm, polietylenowa z pierścieniem metalowym do orientacji przestrzennej RTG. Korek kaniulowany o średnicy zgodnej z rozmiarem trzpienia. Endoprotezy bezcementowe, bezkońnerzowe, stawu biodrowego w minimum 10 rozmiarach, z lateralizacją (off-set) rosnącym z każdym rozmiarem, trzpień prosty o przekroju prostokątnym dla lepszej stabilizacji derotacyjnej, stop tytanowy w 1/3 pokryty plazmą tytanową, eurostożek 12/14. Głowa metalowa (S,M,L,XL,XXL) Ø 28, 32mm i głowa ceramiczna (S,M,L) Ø32mm. Panewka hemisferyczna tytanowa o rozmiarze 44-69 mm wkręcana oraz o rozmiarze 44-68mm press-fit z napyłoną plazmą tytanową i 2 śrubami tytanowymi. Wkład polietylenowy ( typu symetrycznego, asymetrycznego i antyluksacyjnego) Ø28, 32mm i wkład ceramiczny Ø32mm. Bezpłatne udostępnienie kompletnego instrumentarium na czas obowiązywania umowy. W ostatniej kolumnie tabeli należy wymienić WSZYSTKIE numery katalogowe z zakresu danego asortymentu

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

z-ca Dyrektora SPZOZ w Sokółce

Eugeniusz Giba