



Sokółka dn. 23.03.2018r

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 221000 euro na dostawę materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV – 33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki.

Znak sprawy: **SPZOZ SZWY / 2018 Nr ogłoszenia – 532861-N-2018 z dnia 2018-03-19 r.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Czy Zamawiający dopuści w grupie V syntetyczną wchłaniającą plecionkę, powlekaną o całkowitym czasie absorpcji 60 – 75 dni, zachowującą 70 % potrzymania po 14 dniach oraz 40 % siły podtrzymania po 3 tygodniach od implantacji, nici sterylne, pakowane pojedynczo w saszetkach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w grupie V poz. 3 igły 17 mm, ½ koła okrągło – tnąca, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

3. Czy Zamawiający dopuści w grupie V plecionkę syntetyczną, wchłaniającą, z igłą, powlekaną, całkowity czas absorpcji 60 – 90 dni, charakteryzującą się podtrzymaniem tkankowym po 2 tygodniach rzędu ok. 65% pierwotnej siły, oraz ponad 40% po 3 tygodniach, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski