



Sokółka dn. 20.02.2017r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 209000 euro na dostawę: gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli oraz dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja +/-15%) . CPV- 24111500-0 Gazy medyczne ; 24111900-4 Tlen; 24321115-9 Acetylen.

Znak sprawy: **SPZOZ GAZY / 2017. Nr ogłoszenia - 25534 - 15.02.2017r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Grupa I poz. 1 Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania dwutlenek węgla medycznego konfekcjonowanego powszechnie w butlach a' 7,5 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Grupa II poz. 6, 7, 8 Czy w przypadku butli z tlenem medycznym min 99,5%, Zamawiający wymaga butli tlenowej aluminiowej o pojemności wodnej 2 litry, 5 litrów, 10 litrów o ciśnieniu 200bar z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5-15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respiratora transportowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z omyłką w odpowiedzi na zapytanie nr. 22 z dnia 20.02.2017r Zamawiający modyfikuje odpowiedź:

Stan przed modyfikacją

22. Dodatek nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy – Grupa I Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na powietrze sprężone techniczne zamiast na powietrze syntetyczne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Stan po modyfikacji

22. Dodatek nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy – Grupa I Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na powietrze sprężone techniczne zamiast na powietrze syntetyczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

sporządził:

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski