



Sokółka dn. 12.03.2012r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 130000 euro na dostawę materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe, taśmy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu TOT, zszywki do łąkotki itp. wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Znak sprawy: SPZOOZ SZWY / 2012 Nr ogłoszenia – 54505 z dnia 08.03.2011r

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dot. Grupy I, poz. 1-23, 27-28 - Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymywanie po 14 dniach ok. 70%, po 21 dniach ok. 50%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Dot. Grupy I, poz. 24-26 - Czy Zamawiający dopuści szew o podtrzymaniu ok. 50% po 7 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Dot. Grupy I, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści nitkę 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Dot. Grupy I, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę ½ koła 17mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Dot. Grupy I, poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści igłę 20mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Dot. Grupy I, poz. 20 – Czy Zamawiający dopuści igłę 40mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Dot. Grupy I, poz. 26 – Czy Zamawiający dopuści igłę 26mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Dot. Grupy I, poz. 11,12,13,15,19,20,25 – Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Dot. Grupy II, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści igłę 77mm i o dł. 75cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Dot. Grupy II, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści narzędzie j.u do usuwania zszywek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgier

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski