



Sokółka dn. 26.02.2014r

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 207000 euro na dostawę **leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6**

**Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2014 Nr ogłoszenia – 2014/S 014-020288 z dnia 21.01.2014r**

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 45 pozycji nr 11 dopuszcza zestawy do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENLock , które służą do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem i umożliwia żywienie pacjenta metodą wlewu ciągłego za pomocą pompy Flocare Infinity ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający w pakiecie 45 pozycji nr 12 dopuszcza zestawy uniwersalne do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENLock, które służą do połączenia worka z dietą ( opakowanie miękkie typu PACK) lub butelki z dietą (butelka 500ml i 200ml) ze zgłębnikiem, umożliwiające żywienie pacjenta metodą wlewu ciągłego za pomocą pompy Flocare Infinity ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. Dotyczy grupy 75 poz. 8 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na opatrunek sterylizowany tlenkiem etylanu? Sterylizacja parą wodną w przypadku w/w nie jest możliwa ze względu na wymagany hipoaergiczny klej akrylowy, który ulegnie degradacji w temperaturze 134°C.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Sporządził:  
St. inspektor d/s zamówień publicznych  
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:  
Dyrektora SPZOZ w Sokółce  
Jerzy Kułakowski