



Sokółka dn. 17.07.2012r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 130000 euro na dostawę: Odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora z wbudowaną przystawką ISE zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ oraz leków - CPV-33696500-0 Odczynniki laboratoryjne; 33600000-6 Produkty farmaceutyczne , 336613100-4 Środki przeciwpileptyczne.

Znak sprawy: SPZOZ BIOCHEMIA / 2012 Nr ogłoszenia – 152277 z dnia 12.07.2012

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1.Dotyczy dodatek 2 do SIWZ pkt. 29 i 30 – Czy Zamawiający dopuści oznaczanie sodu i potasu w moczu metodą potencjometrii pośredniej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sporządził: St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski