



Sokółka dn. 20.12.2012r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 130000 euro na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz szwów wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ 3JU / 2012 Nr ogłoszenia – 511478 z dnia 14.12.2012r

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy Czy Zamawiający w Grupie IB w pozycjach 1-3 umożliwi zaoferowanie rurek nie silikonowanych ale wykonanych z specjalnej mieszaniny materiałów , która w wyniku kontaktu z ciałem Pacjenta nabiera poślizgu i ułatwia intubację nie wymagając stosowania dodatkowych środków lubrykujących?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Grupie IB w pozycji 3 zgodzi się na zaoferowanie rurek w rozmiarach od 3.0 do 9.5?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy Czy Zamawiający w Grupie IB w pozycji 4 zgodzi się na zaoferowanie rurek ustno gardłowych o dostępnych długościach 6,7,8,9,10,11,12 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Dotyczy Czy Zamawiający w Grupie IB w pozycji 6 dopuści filtr do rurek tarchoestomijnych tzw. „ sztuczny nos” jednoelementowy z otworem do odsysania z możliwością zamknięcia i dodatkowym portem tlenowym, cechujący się bardzo małą masą własną poniżej 9g, sterylny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Dotyczy Czy Zamawiający w Grupie IB w pozycji 7 dopuści filtr mechaniczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania 32mg H₂O/L i skuteczności filtracji względem NaCl ≥ 99,992% (najlepszej na rynku – ta metoda oceny skuteczności filtracji najdokładniej oddaje skuteczność działania filtra względem najbardziej penetrujących cząsteczek bakterii i wirusów)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Dotyczy Grupa IIB, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik pakowany podwójnie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

7. Dotyczy Grupa IIB, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik pakowany podwójnie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

8. Dotyczy Grupa IIB, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z igłowym portem i jednoświetłowym drenem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

9. Dotyczy Grupa IIB, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu z igłowym portem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

10. Dotyczy Grupa IIB, pozycja 11 Czy Zamawiający wydzieli pozycje 11 z zadania IIB i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydzieli.

11. Dotyczy Grupa VIII B, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych,serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

2 x Nogawica o wym. 70x120cm

Nogawica wykonana z włókniny, z podwójnie wywinieciem brzegiem

1 x Serweta operacyjna o wym. 170 x 180cm

Serweta z przylepcem wykonana z włókniny

1 x Serweta operacyjna o wym. 75 x 100cm

Serweta 2- warstwowa samoprzylepna z otworem 6 x 14cm na narządy płciowe. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Dotyczy Grupa VIII B, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do histerektomii o wym. 170 x 200

Serweta 3-warstwowa, z folią chirurgiczną, otwór o wym. 30x30cm

1x Serweta genitalna o wym. 75 x 100 cm

Serweta 2-warstwowa samoprzylepna z otworem 6 x 14cm na narządy płciowe. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Nogawica o wym. 70x120cm

Nogawica wykonana z włókniny, z podwójnie wywiniętym brzegiem

1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa 75 x 90cm

1 x Torebka do zbiórki płynów o wym. 80x50cm

Torebka w kształcie stożka posiada filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie /wzmocnienie/kształtka metalowa/ w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy

1 x Przylepiec Velcro o wym. 2 x 22cm

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4x ręcznik do rąk o wym. 30 x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

13. Dotyczy Grupa VIII B, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna, dolna z łata chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny, z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm

Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy Grupa VIII B, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm

Serweta z włókniny, z przylepnym otworem, otwór o wym. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T

2 x Nogawica 70 x 120cm

Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

15. Grupa I B poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną posiadającą biały nie przezroczysty łącznik ISO szczególnie, że Państwa placówka stosuje rurki intubacyjne z białym nie przezroczystym łącznikiem od 4 lat nigdy nie zgłaszając żadnych uwag. Przezroczystość łącznika nie ma żadnego klinicznego uzasadnienia co potwierdzają Państwa pracownicy z oddziału OIT i Anestezjologii.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

16. Grupa II B poz. 11 Prosimy o wyjaśnienie czy worek z możliwością utrzymania do 6 tygodni – ma posiadać bezigłowy port do pobierania próbek moczu, tak jak obecnie stosowany?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

17. Grupa III B poz. 1 Prosimy o dopuszczenie rękawicy mikroteksturowanej zewnątrz, niechlorowanej, wewnątrz pokrytej warstwą silikonu, o poziomie szczelności AQL <1,0, zawartości protein <50 ug/g, o grubości na dłoni i na mankencie $\geq 0,14$ mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

18. Grupa III B poz. 2 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 50 par?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

19. Grupa III B poz. 3 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli rękawice o maksymalnej grubości na palcu 0,32 mm oraz minimalnej grubości na dłoni i na mankencie 0,21 mm, o poziomie AQL po zapakowaniu poniżej 1,0, co świadczy o wysokiej szczelności rękawic?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

20. Grupa III B poz. 3 Prosimy o dopuszczenie rękawicy mikroteksturowanej zewnątrz, niechlorowanej, nie polimeryzowanej dodatkowo, wewnątrz pokrytej warstwą silikonu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

21. Grupa III B poz. 1 i 3 Czy Zamawiający oczekuje, aby mankiet rolowany posiadał dodatkowe, widoczne podłużne i poprzeczne wzmocnienia, zapobiegające skutecznie zsuwaniu się rękawic podczas użytkowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

22. Grupa VIII B poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych wg SIWZ w składzie

1. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 240/150x150 cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach 10x15 cm w okolicach krocza, oraz zintegrowaną kieszeń na płyny o wymiarach 30x30 cm wyposażoną w sztywnik240/150x150 1
2. serweta chirurgiczna 75x90 1
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x200 1

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

23. Grupa VIII B poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wg SIWZ w składzie :

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny 240x150 1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75 2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną175x175 1
4. taśma samoprzylepna 9x49 1
5. ręczniki chłonne18x25 4
6. osłona na stolik MAYO 79x145 1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)150x190 1

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

24. Grupa VIII B poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wg SIWZ w składzie :

1. serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie 175/250x325 1
2. taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5x30 1
3. taśma samoprzylepna 9x49 1
4. ręczniki chłonne 18x25 4
5. osłona na kamerę (perforowana końcówka) 13x244 1
6. osłona na stolik MAYO 79x145 1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)150x190 1

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektora SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski