



Sokółka dn. 16.05.2014r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 207000 euro na dostawę aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV - 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne; 33168000-5 - Przystawki do endoskopii, endochirurgii; 33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii; 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2014 Nr ogłoszenia – 163814 - 2014: z dnia 15.05.2014r

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy Grupa I dod. 5 punkt 3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym Podstawowa częstotliwość pracy generatora 330kHz +/- 10%? Uzasadnienie : Określenie w tym wypadku dokładnie częstotliwości urządzenia, stawia w pozycji uprzywilejowanej dostawcę (np. EMED).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Dotyczy Grupa I dod. 5 punkt 10 Czy Zamawiający dopuści urządzenie w które wyposażone jest w min. 4 gniazda - gniazdo argonowe, 2 gniazda monopolarne i 1 bipolarne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Dotyczy Grupa I dod. 5 punkt 18 Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym moc jest regulowana automatycznie dla cięcia endoskopowego w zakresie 0-300W? W praktyce nie stosuje się wyższych nastaw mocy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Dotyczy Grupa I dod. 5 punkt 19, 23 Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym dostępnych jest 10 efektów dla każdego trybu cięcia, zaś koagulację monopolarną reguluje się za pomocą parametru mocy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. Dotyczy Grupa I dod. 5 punkt 20 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w tryby cięcia: standard, mikro, makro, resekcja, polipektomia, papilotomia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

6. Dotyczy Grupa I dod. 5 punkt 21 Czy Zamawiający dopuści aparat z automatyczną regulacją mocy koagulacji monopolarnej w zakresie 0-120W? W praktyce nie stosuje się wyższych nastaw mocy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. Dotyczy Grupa I dod. 5 punkt 25 Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie posiada koagulacji argonowej pulsacyjnej? W zamian posiada delikatną koagulację argonową z minimalnymi nastawami mocy od 1W.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

8. Dotyczy Grupa I dod. 5 punkt 27 Czy Zamawiający dopuści aparat, który automatycznie nie rozpoznaje narzędzie, jednak jest wyposażony w programy fabryczne z odpowiednimi nastawami mocy i przeznaczonymi do konkretnych procedur i dla konkretnych narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

9. Dotyczy Grupa I dod. 5 punkt 30 Czy Zamawiający zmieni zapis siwz: „Regulacja przepływu argonu w zakresie min. od 0,8 do 2,5L/min z krokiem co 1L/min” Na : „Zamawiający wymaga aby regulacja przepływu argonu w zakresie min. od 0,1l do min. 8l/min była ustawialna w pełnym zakresie co 0,1 L/min” Uzasadnienie: Przy takim zapisie wymóg ustawienia parametrów przepływu argonu co 1 l/min. byłby nie możliwy do spełnienia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis dod. 5 punkt 30 „Regulacja przepływu argonu w zakresie min. od 0,8 do 2,5L/min z krokiem co 0,1L/min”

10. Dotyczy Grupa I dod. 5 punkt 34, 36 Czy Zamawiający wymaga aby wielorazowe kable do podłączenia elektrod argonowych i pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilne z systemem rozpoznawania narzędzi rozpoznawały narzędzia podłączone do kabla np. średnicę, rodzaj pętli - heksagonalną, owalną, narzędzie do mukozektomii, narzędzie do papilotomii?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis dod. 5 punkt 34 Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętki o dł. Min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania prawidłowego podłączenia kabla – 1szt i pkt. 36 Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. Min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania prawidłowego podłączenia kabla – 1szt

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski