



Sokółka dn. 04.04.2013r

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 200000 euro na dostawę **materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe, taśmy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu TOT, wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV - 33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki; 33141122-1 Klamry chirurgiczne.**

**Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2013 Nr ogłoszenia – 47731 - 2013: z dnia 29.03.2013 r**

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Czy zamawiający w pakiecie 1 w pozycjach 8,14,19-23 wymaga plecionki wchłanialnej laktomer 9,1 wchłanianie 56-70 czas podtrzymywania po 14 dniach 80% i po 21 dniach 30%?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający w pozycjach 8,14,19-23 wymaga plecionki wchłanialnej laktomer 9,1 wchłanianie 56-70 czas podtrzymywania po 14 dniach 80% i po 21 dniach 30%.**

Sporządził:  
St. inspektor d/s zamówień publicznych  
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:  
Dyrektor SPZOZ w Sokółce  
Jerzy Kułakowski