

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO**

Nazwa / typ oferowanego aparatu.....Nazwa producenta.....

LP	Wymagane parametry medyczno-techniczne (niespełnienie wymagań powoduje odrzucenie oferty).	Potwierdzenie o spełnieniu wymaganych parametrów TAK/NIE	Parametry proponowane przez oferenta (opisać)
1	Automatyczny analizator - (rok produkcji nie wcześniej niż 2008) sprawny technicznie po wykonanym przeglądzie		
2	Pełna automatyzacja wykonywania badań: inokulacja, inkubacja, odczyt, wydruk wyników		
3	Oprogramowanie w wersji graficznej		
4	Szeroki zakres identyfikacji drobnoustrojów: bakterie G dodatnie i ujemne, grzyby, beztlenowce, Neisseria, Haemophilus		
5	Czas identyfikacji 3-10 godzin, oznaczenia lekooporności 4 -12 godzin		
6	Wynik lekowrażliwości w MIC i kategoriach oporny, św i wrażliwy		
7	Oddzielne oznaczenia lekowrażliwości i identyfikacji		
8	Możliwość otrzymania antybiogramu na antybiotyki dostępne w Polsce		
9	Możliwość wprowadzania wyników preparatów oraz testów skriningowych np. katalaza, koagulaza		
10	Możliwość wprowadzania własnych komentarzy do wyników		
11	Zakres programu: rejestracja i archiwizacja wyników, rejestracja wyników wg formatu użytkownika, wydruk wyników wg formatu użytkownika, oddzielny program do kontroli i interpretacji testów wrażliwości, analiza statystyczna: liczbowa i możliwość interpretacji graficznej		
12	Przystosowanie aparatu do pracy w laboratoryjnym systemie informatycznym (protokół transmisji)		
13	Gwarancja producenta 36 miesięcy		
14	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny		
15	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym max. 24 godziny od zgłoszenia		
16	Czas reakcji serwisu w okresie pogwarancyjnym max. 48 godziny od zgłoszenia		
17	W przypadku naprawy poza siedzibą Zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności		
18	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia		

UWAGI: Parametry określone jako TAK są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały firmowe potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Data.....

pieczęć i podpis oferenta.....