



Sokółka dn. 09.09.2019r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 221000 euro na dostawę **materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ.**

Znak sprawy: **SPZOZ JU / 2019 Nr ogłoszenia – 2019/S 159-392219 z dnia 20 - 08- 2019r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Grupa 29 – laboratorium Poz. 1 – Czy Zamawiający zaakceptuje kubeczki żółte do analizatora Cobas o pojemności 0,75 ml?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje.

2. Grupa 29 – laboratorium Poz. 10 – Czy Zamawiający zaakceptuje jałowe pojemniki na mocz sterylizowane radiacyjnie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje.

3. Grupa 29 – laboratorium Poz. 22 – Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki do transportu próbek anatomicznych i chirurgicznych o pojemności 11 000 ml i wymiarach otworu: 277x242 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje.

4. Dotyczy grupa 51 –lp.3 – endoskopia - Czy Zamawiający zaakceptuje : szczotkę jednorazową dwustronną do czyszczenia kanału endoskopu o długości robocza 230 mm ,z dużą odpornością na zginanie, z plastikowymi końcówkami (kulkami) na końcu chroniącą tym samym kanał roboczy endoskopu. Średnica proponowanych szczotek to : 5 mm i 10 mm (dwustronna) ; Oraz szczotkę jednorazową dwustronną do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopów o średnicy 5 mm i 11 mm ? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Dotyczy Grupy 34 poz. 1 Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji i możliwość uzyskania najlepszej oferty, dopuści w powyższym zakresie maskę kraniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankieta umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg? Obecny opis ogranicza bowiem ilość złożonych ofert do jednej oferty – firmy Biameditek (zgodnie z ostatnim postępowaniem prowadzonym przez Państwa placówkę – SPZOZ JU/2018 oraz SPZOZ JU/2017) naraża tym samym Zamawiającego na nieracjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przy jednoczesnym zakupie przedmiotu niekoniecznie wysokiej jakości. W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wyjaśnienie, jaki jest cel organizowania postępowania przetargowego, skoro wybór wykonawcy określony jest już na etapie tworzenia SIWZ a przeprowadzenie przetargu w tym zakresie jest zbędne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy Grupy 34 poz. 6 Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji i możliwość uzyskania najlepszej oferty, dopuści w powyższym zakresie filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H₂O, opory przepływu 9.4mm H₂O przy 30l/min i 23.2mm H₂O przy 60 l/min, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo? Obecny opis ogranicza bowiem ilość złożonych ofert do jednej oferty – firmy Biameditek (zgodnie z ostatnim postępowaniem prowadzonym przez Państwa placówkę – SPZOZ JU/2018 oraz SPZOZ JU/2017) naraża tym samym Zamawiającego na nieracjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przy jednoczesnym zakupie przedmiotu niekoniecznie wysokiej jakości. W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wyjaśnienie, jaki jest cel organizowania postępowania przetargowego, skoro wybór wykonawcy określony jest już na etapie tworzenia SIWZ a przeprowadzenie przetargu w tym zakresie jest zbędne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Dotyczy Grupy 35 poz. 2 Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych niż w obecnej, całkowicie ograniczającej konstrukcji siwz? Obecny opis ogranicza bowiem ilość złożonych ofert do jednej, konkretnej oferty – firmy Biameditek (zgodnie z ostatnim postępowaniem prowadzonym przez Państwa placówkę – SPZOZ JU/2018) naraża tym samym Zamawiającego na nieracjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przy jednoczesnym zakupie przedmiotu niekoniecznie wysokiej jakości. W

przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wyjaśnienie, jaki jest cel organizowania postępowania przetargowego, skoro wybór wykonawcy określony jest już na etapie tworzenia SIWZ a przeprowadzenie przetargu w tym zakresie jest zbędne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Grupa 4 Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie trokarów o długości 11 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Grupa 4 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie narzędzia o długości worka 210 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Grupa 48 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsa o rozwarciu szczęk 12 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..

11. Grupa 48 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie elektrody o średnicy 7,5 Fr, długość 230 cm, średnica igły 23 G, końcówka do koagulacji wykonana z materiału zapewniającego skuteczne wykonanie zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Grupa 49 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego w rozmiarach 6 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm, parametry pętli zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Grupa 50 Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 1-2 lub wydzieli je z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Grupa 50 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o rozmiarze minimum 4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Grupa 51 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6 mm oraz szczotek o średnicy 5 mm i 10 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Grupa 51 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 6 mm oraz szczotek o średnicy 5 mm i 12 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Dotyczy Grupy 1 poz. 1, 2, 4, 7: Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pozycjach 1, 2, 4, 7 będzie wymagał strzykawek pochodzących od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18. Dotyczy Grupy nr 1 poz. 1, 2, 4, 7: Czy w celu zapewnienia gładkości przesuwu tłoka, jego stabilności oraz zapewnienia pewnego chwytu Zamawiający wymaga tłoka prostego (nie zwężanego) na całej długości cylindra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

19. Dotyczy Grupy 1 poz. 1, 2, 4, 7: Czy Zamawiający wymaga kolorystycznego oznakowania rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz nadrukowanej informacji o braku zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Dotyczy Grupy 1 poz. 1, 2, 4, 7: Czy Zamawiający wymaga strzykawek o skali rozszerzonej o minimum 20%?

Odpowiedź: SIWZ „ (skalowanie powyżej wartości nominalnej strzykawki min. 15% dotyczy grupy I poz : 1,2,4,7.)”

21. Dotyczy Grupy 1 poz. 18: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły tępej bez filtra, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. Dotyczy Grupy 2 poz. 16: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Prośbę swą motywujemy tym, iż w Grupie II w poz. 1 – 14 są wyspecyfikowane igły i zestawy anestetyczne do znieczulenia, a poz. 15 to płyn p/mgielny zapobiegający zaporowywaniu optyk laparoskopowych z innego działu medycznego niedostępny dla potencjalnych Wykonawców, którzy mogliby złożyć w tej grupie ofertę przetargową.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Dotyczy Grupy 2 poz. 17: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych z zagiętym końcem, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

24. Dotyczy Grupy 2 poz. 17: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych ze znacznikami głębokości co 10 mm na długości 20-50 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. Dotyczy Grupy 9 poz. 4: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparaty do płynów infuzyjnych posiadały komorę kropłową wolną od szkodliwych związków chorobotwórczych jakim jest PVC ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

26. Dotyczy Grupy 9 poz. 4: Czy na potwierdzenie, że zaoferowane aparaty do płynów infuzyjnych nie zawierają ftalanów, do oferty należy załączyć kartę charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, w której są wyszczególnione składniki, w tym również plastyfikatory?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

27. Dotyczy Grupy 9 poz. 12-13: Czy Zamawiający, dbając o bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta wymaga, aby kaniule były wyposażone w gwintowany, aktywowany ruchem obrotowym mechanizm zapobiegający przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu górnego i manipulacji przez pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Dotyczy Grupy 9 poz. 12-13: Czy Zamawiający wymaga kaniul dożylnych z portem bocznym umiejscowionym centralnie nad skrzydełkami, co zapobiega podrażnieniom miejsca wkłucia poprzez zapobieganie efektowi „dźwigni” w czasie podłączenia strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

29. Dotyczy Grupy 9 poz. 12-15: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kaniule i koreczki pochodziły od jednego producenta w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

30. Dotyczy Grupy 14 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z maską i drenem o długości 200 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

31. Dotyczy Grupy 14 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z maską i rezerwuarem oraz drenem o długości 200 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

32. Dotyczy Grupy 28: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtek dla dorosłych posiadających:

- co najmniej jeden ściągacz taliowy,
- system szybkiego wchłania (EDS, Feel Dry lub o innej nazwie własnej)?

Należy podkreślić, że powyższe parametry charakteryzują wyroby o najwyższych standardach jakościowych i w pełni odpowiadają oczekiwaniom personelu medycznego. Brak potwierdzenia powyższych wymogów może spowodować, że do postępowania przetargowego będą ponownie dopuszczone produkty o najniższych parametrach jakościowych. Ustanowienie powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem UZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów (TZMO – Seni; Essity – TENA) na rynku polskim posiada takie rozwiązania technologiczne. Należy podkreślić, że Zamawiający korzystał z produktów posiadających powyższe rozwiązania we wcześniejszych latach i personel medyczny zwraca uwagę na te elementy produktu. Zapewniają one odpowiedni poziom zabezpieczenia i tym samym obniżają koszty związane z opieką nad pacjentem z nietrzymaniem moczu.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu „co najmniej jeden ściągacz taliowy”.

33. Dotyczy Grupy 28: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni wewnętrznej pieluchomajtki, zabezpieczone specjalnym laminatem od zewnątrz, podwójnym wkładem chłonnym posiadającym antybakteryjny superabsorbent, ze wskaźnikiem zużycia produktu, z elastycznymi przylepcami wielokrotnego użytku, z falbankami wewnętrznymi, które zabezpieczają przed wyciekami, pozbawionych elementów lateksowych oraz o poziomach chłonności: rozmiar M – co najmniej 2000 g oraz rozmiar L i XL – co najmniej 2350 g.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

34. Dotyczy Grupy 28 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia: złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryteriom przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności finansowe Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

35. Grupa 1, poz. 8-9 Czy zamawiający dopuści jednostronną, czytelną skalą pomiarową, w kontrastowym kolorze?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

36. Grupa 1, poz. 8-9,12 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 8-9,12 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

37. Grupa 1, poz. 8-9,12 Czy zamawiający dopuści łożek w kolorze mlecznym, co umożliwi dokładną kontrolę wizualną leku, jak również dobry kontrast dla skali w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

38. Grupa 1, poz. 8-9,12 Czy zamawiający dopuści opakowanie typu blister papier-folia bez dodatkowego zróżnicowania graficznego, gdyż rozmiar strzykawki jest wskazany na opakowaniu jednostkowym w postaci cyfry, jak pozostałe dane w celu identyfikacji produktu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

39. Grupa 9, poz. 2,4,14-15 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2,4,14-15 z pakietu 9. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

40. Grupa 9, poz. 2 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójplaszczynowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem

przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

41. Grupa 9, poz. 2 Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

42. Grupa 9, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

43. Grupa 9, poz. 4 Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

44. Grupa 9, poz. 15 Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

45. Grupa 9, poz. 14-15 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

46. Grupa 10, poz. 2-3 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

47. Grupa 10, poz. 6 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

48. Grupa 10, poz.7 Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 0,5-0,8 litra- okrągły, o średnicy ok. 10,5-12 cm, wysokości 11,5 cm, otwór wrzutowy ok. 6 cm, w kolorze czerwonym, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

49. Grupa 10, poz.7 Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 0,2 litra, o szerokości ok. 7 cm, wysokości 12 cm, podłużny - spłaszczony, w kolorze czerwonym, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

50. Grupa 10, poz. 8 Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 2 litry, o średnicy ok. 10,5-12 cm, wysokości 22 cm, otwór wrzutowy ok. 6 cm, w kolorze czerwonym, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

51. Grupa 10, poz. 9 Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 0,5-0,8 litra- okrągły, o średnicy ok. 10,5-12 cm, wysokości 11,5 cm, otwór wrzutowy ok. 6 cm, w kolorze czerwonym, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

52. Grupa 10, poz. 10 Czy zamawiający dopuści pojemnik 5 litrowy o wymiarach : średnica górna: 240 mm; średnica dolna: 195 mm; wysokość całkowita: 210mm; otwór wrzutowy: 100 mm, pojemniki wyposażone w etykiety ostrzegawcze z napisem „Uwaga! Materiał zakaźny” oraz miejscem na informacje zgodnie z wymaganiami, w pokrywie nacięcia do zdejmowania igieł?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

53. Grupa 10, poz. 16 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

54. Grupa 10, poz. 17 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

55. Grupa 10, poz. 17 Czy zamawiający wymaga opakowanie typu papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

56. Grupa 10, poz. 20 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

57. Grupa 10, poz. 22 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

58. Grupa 10, poz. 23 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 1 rolkę po 40 mb podkładu z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

59. Grupa 10, poz. 24 Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

60. Grupa 10, poz. 24 Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

61. Grupa 10, poz. 24 Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

62. Grupa 10, poz. 24 Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

63. Grupa 10, poz. 24 Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

64. Grupa 10, poz. 24 Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

65. Grupa 10, poz. 24 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

66. Grupa 10, poz. 24 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

67. Grupa 10, poz. 24 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

68. Grupa 10, poz. 24 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

69. Grupa 10, poz. 24 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

70. Grupa 10, poz. 1-24 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-24 z pakietu 10. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

71. Grupa 12, poz. 1 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

72. Grupa 12, poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

73. Grupa 12, poz. 1 Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

74. Grupa 12, poz. 2-3 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

75. Grupa 12, poz. 4-5 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

76. Grupa 12, poz. 4-5 Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

77. Grupa 12, poz. 4 Czy zamawiający dopuści czepki typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

78. Grupa 12, poz. 6 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

79. Grupa 12, poz. 7-8 Czy zamawiający dopuści stringi w dowolnym kolorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

80. Grupa 12, poz.9 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na koldrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m², w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

81. Grupa 13, poz. 9-14 Czy zamawiający wydzieli poz.9-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

82. Grupa 13, poz. 9,13-14 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

83. Grupa 13, poz. 11-12 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

84. Grupa 13, poz. 9 Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

85. Grupa 13, poz. 14 Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, z możliwością stosowania do 7 dni – potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

86. Grupa 40, poz. 3 Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

87. Grupa 40, poz. 3 Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym – możliwość rozpoznania krwi w zawartości, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

88. Grupa 40, poz. 3 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

89. Grupa 44, poz. 3 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 cm , z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły o gramaturze 18 g/m² i 1 x warstwa folii o grubości 0,015-0,017 mm, nieprzemakalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jednostkę miary 100mb.

90. Grupa 44, poz. 3 Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 cm , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 48 g/m²; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m² ; minimalna chłonność 160 g/m² ; grubość folii 13 ± 2 µm, 80 szt. na rolce, waga rolki ok. 1 kg, średnica rolki ok. 10,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

91. Grupa 44, poz. 3 Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 1 rolkę odpowiednio po 50 mb lub 40 mb z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Grupa 53, poz. 1 Czy zamawiający dopuści stazę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jednostkę miary 100mb.

92. Grupa 53, poz. 1 Czy zamawiający dopuści wycenę analogicznie za opakowanie (rolkę) 25 szt. – o dł. pojedynczego paska 47 cm- 50 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

93. Grupa 53, poz. 1 Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

94. Grupa Nr 13 poz. 13: Czy zamawiający oczekuje: Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika Foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem widoku do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzałgaściową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

95. Grupa Nr 17 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o wskaźniku AQL≤1,0. Opakowanie jednostkowe folia-papier. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

96. Grupa Nr 17 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych bezpudrowych o wskaźniku AQL≤1,5 spełniających pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

97. Grupa Nr 17 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu: Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiety rolowane z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0. Długość: 295mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

98. Grupa Nr 17 poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ginekologicznych sterylnych o zawartości protein: ≤50µg/g. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

99. Grupa Nr 17 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o wskaźniku AQL<1,5 pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

100. Grupa Nr 17 poz. 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o średniej długości 300mm (info na opak.), pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

101. Grupa Nr 17 poz. 8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych po 200 szt. (180 szt. dla rozm. XL). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

102. Grupa Nr 18 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych do mikrochirurgii o wskaźniku AQL≤1,0. Długość min. 280mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

103. Grupa Nr 18 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych ortopedycznych lateksowych bezpudrowych wewnątrz silikonowanych. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

104. Grupa 7, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania pola operacyjnego w rozmiarze CH 21 ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

105. Grupa 7, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści końcówki z podwójnym załamaniem krzywizny, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

106. Grupa 7, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści Dren Thorax z trokarem o długości 34 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

107. Grupa 7, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści dren wielokanalikowy bez paska kontrastującego w promieniach RTG, reszta zgodnie z SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

108. Czy Zamawiający dopuści dren wielokanalikowy wykonany z silikonu widocznego w promieniach RTG, reszta zgodnie z SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

109. Grupa 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

110. Grupa 12, pozycja 2-3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

111. Grupa 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

112. Grupa 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny perforowanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

113. Grupa 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

114. Grupa 12, pozycja 4-5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

115. Grupa 12, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia co utworzy warstwę przeciwpotną. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

116. Grupa 12, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki ze wstawką przeciwpotną na całym obwodzie o szerokości 4cm Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m². Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym, z białymi trokami.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

117. Grupa 12, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki ze wstawką przeciwpotną w części czołowej o długości 30cm i szerokości 6cm. Wykonany z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² i z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m². Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

118. Grupa 12, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

119. Grupa 12, pozycja 7-8 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej formie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

120. Grupa 12, pozycja 7-8 Czy Zamawiający dopuści majtki, zapewniające poczucie intymności np. podczas zabiegów, w kolorze granatowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

121. Grupa 12, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze 25g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

122. Grupa 12, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści pościel tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

123. Grupa 12, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze zielonym i białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

124. Grupa 13, pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z gumową zastawką?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

125. Grupa 15, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści papier EKG do aparatu Cardio Touch w rozmiarze 215mm x 25m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

126. Grupa 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej grubości na palcu: 0,23 mm +/-0,02?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

127. Grupa 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie białek 94 µg/g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

128. Grupa 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,0?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

129. Grupa 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej grubości na palcu: 0,11mm +/-0,02?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

130. Grupa 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości białek 50 µg/g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

131. Grupa 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

132. Grupa 17, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

133. Grupa 17, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimalnej 280mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

134. Grupa 17, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimalnej 480mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

135. Grupa 17, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimalnej 290mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

136. Grupa 17, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznaczonej grubości na palcu: 0,1mm +/-0,01, o działaniu pielęgnacyjno-nawilżającym dzięki zawartości witaminy E, olejku migdałowego gliceryny ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

137. Grupa 17, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu zbiorczym a'100 z przeliczeniem wymaganej ilości tj.(600 opakowań)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

138. Grupa 17, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu zbiorczym a'250 dla rozmiaru XS-L, a'240 dla rozmiaru XL z przeliczeniem wymaganej ilości tj.(240 opakowań)z zaokrągleniem w górę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

139. Grupa 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimalnej 280mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

140. Grupa 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości białek 30 µg/g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

141. Grupa 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznaczonej grubości na palcu: 0,17mm +/-0,02?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

142. Grupa 17, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,0?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

143. Grupa 17, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie białek 94 µg/g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

144. Grupa 17, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie białek max 33 µg/g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

145. Grupa 31, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych z łącznikiem Large-lock umożliwiającym odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

146. Grupa 31, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dren typu Redon perforowany krzyżowo na odcinku 14 cm w rozmiarach CH 8-CH 18 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

147. Grupa 43, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wzmocnione o gramaturze 35g/m2, wzmocnienie 40g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

148. Grupa 43, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne ze standardowym rzepem w okolicy karku (lewy rzep - 3cm x 13cm, prawy rzep 3cm x 7cm), odporność na przenikanie płynów na wzmocnieniach 66cm H2O, w strefie nie krytycznej 50,5cmH2O, IB=3,2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

149. Grupa 43, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wzmocnione o gramaturze 45g/m2, wzmocnienie 40g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

150. Grupa 43, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne ze standardowym rzepem w okolicy karku (lewy rzep - 3cm x 13cm, prawy rzep 3cm x 7cm), odporność na przenikanie płynów na wzmocnieniach 65cm H2O, w strefie nie krytycznej 53,3cmH2O, IB=3,2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

151. Grupa 43, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej, antystatycznej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

152. Grupa 43, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę przedoperacyjną wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m2 w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

153. Grupa 43, pozycja 4 Czy Zamawiający zgodzi się na odstępnie od spełnia wymogów normy EN 13795 - 1, 2, 3 lub równoważnej ponieważ jest to osłona higieniczna pacjenta, a nie obłożenie i norma tego asortymentu nie dotyczy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

154. Grupa 43, 44 - wymagane dokumenty Czy Zamawiający dopuści zamiast dokumentu wystawionego przez producenta włókniny potwierdzającego, że materiał podstawowy (włóknina) spełnia wymogi normy EN 13795 - 1, 2, 3 kartę techniczną gotowego wyrobu potwierdzającą spełnienie tej normy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

155. Grupa 44 - wymagane dokumenty Czy Zamawiający dopuści produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w papier krepowy lub w jedną z serwet z zestawu i umieszczona w opakowanie folia-papier, zestawy do transportu pakowane w opakowanie folia-papier oraz opakowanie kartonowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

156. Grupa 44, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

157. Grupa 44, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

158. Grupa 44, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu 2 warstwowego (włóknina+ PE)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

159. Grupa 44, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o perforacji co 38cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

160. Grupa 44, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 50m z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za rolkę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

161. Grupa 44, pozycja 4 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej formie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

162. Grupa 44, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści prześcieradła pakowane po 10szt i dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

163. Grupa 44, pozycja 7 Czy Zamawiający oczekuje metalowych kleszczyków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

164. Grupa 44, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści zamiast strzykawki 2 –częściowej 2 ml strzykawkę 3-częściową 2 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

165. Grupa 44, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę do porodu wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

166. Grupa 44, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do porodu o minimalnym składzie: Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

- 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm
- 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

167. Grupa 44, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem typu prostego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

168. Grupa 53, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści ręcznik jednorazowy w opakowaniu max 50szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

169. GRUPA 42 – obłożenia i zestawy operacyjne: Pozycje nr 3, 4, 9, 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zgodnych z wymogami SIWZ, ale posiadających w swoim składzie serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem w rozmiarze 60cm x 145cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

170. GRUPA 42 – obłożenia i zestawy operacyjne: Pozycja nr 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych ręczników celulozowych o wymiarach 30cm x 33cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

171. Czy Zamawiający w Grupie 4 poz. 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na narzędzie laparoskopowe do wyciągania pęcherzyka żółciowego, jednorazowe, sterylne, o pojemności 800ml, średnica worka 100mm, długość worka 190mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

172. Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w Grupie 41 na zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający komorę zbior. 2500ml ze skalą pediatryczną od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, wydzieloną komorą zastawki podwodnej, wydzieloną mechaniczną komorą regulacji podciśnienia, z możliwością nastawienia siły ssania w zakresie od 10 do 40 mm H₂O za pomocą mechanicznego pokrętła; możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną (dzięki zastosowaniu automatycznych zastawek, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory manometrycznej do monitorowania ciśnienia gdyż jest ono regulowane w pełni automatycznie i w tej sytuacji zestaw jest zestawem konstrukcyjnie 4 komorowym); port bezigłowy do komory zastawki podwodnej, drugi port bezigłowy na drenie do pobierania próbek; optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; komorami zawierającymi barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwwakażeniowym; wyposażony w miernik przecieku doopłucnowego; drenaż pracujący bezgłośnie; w całości z półprzezroczystymi z samouszczelniającymi się drenami z antyzłamaniowym zabezpieczeniem z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; sterylne pakowane w folię i w podwójny papier?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

173. Dotyczy grupy 37 – doposażenie kardiomonitorów Mindray (przetworniki) Czy dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza) zestaw ma zawierać naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

174. Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

175. Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

176. Dotyczy Grupy 19 poz. 2,3,4,5,6,7,8,9,10: Czy ze względu na fakt, iż opakowania papierowo- foliowe są wyrobem medycznym klasy I, dla których nie ma konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależną jednostkę notyfikowaną Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia wyżej wymaganego dokumentu i wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty, dla których zgodność z normą potwierdzona jest certyfikatem producenta? Przedmiotowy zapis nie ma podstaw prawnych i służyć może ograniczeniu konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

177. Dotyczy Grupy 19 poz. 2,3,4,5,6,7,8,9,10: Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

178. Dotyczy Grupy 19 poz. 2,3,4,5,6,7,8,9,10: Czy Zamawiający wymaga rękawy papierowo – foliowe oznaczone były znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa a nie bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji użytkowania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

179. Grupa 19, pozycja 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rękawa papierowo foliowego w rozmiarze 350mm x 200m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

180. Grupa 19, pozycja 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rękawa papierowo foliowego w rozmiarze 350mm x 200m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

181. Grupa 19, pozycja 13 oraz 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny typu SMS o gramaturze 55g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

182. Dotyczy Grupy 20 pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy kontroli wsadu w formie pasków z przesuwającą się substancją wskaźnikową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

183. Dotyczy Grupy 20, pozycja 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy Bowie & Dick w formie pasków z przesuwającą się substancją wskaźnikową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

184. Dotyczy Grupy 20 pozycja 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wkładki wchłaniające wilgość o gramaturze papieru 110g/m² i wymiarach 30x50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

185. Grupa 20, pozycja 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu nielaminowanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

186. Grupa 20, pozycja 14: Czy Zamawiający wymaga aby plomba posiadała wskaźnik typu 1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

187. SIWZ: Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

188. SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów, na które Wykonawca nie składa oferty?

Odpowiedź: SIWZ dodatek 1 „ *Dopuszcza się złożenie formularza oferty tylko dla grup w których Wykonawca składa ofertę”

189. SIWZ: Prosimy o dodanie do par. 6 pkt 1.4.3.1 zapisu: „Oświadczenie lub dokumenty dopuszczające do obrotu i używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)- jeżeli dotyczy.” Część asortymentu zalicza się o produktów ogólnolaboratoryjnych, niezakwalifikowanych jako produkty medyczne, dlatego nie posiada dokumentów dopuszczających do obrotu i używania wyrobu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentów lub oświadczenia dla wyrobów medycznych.

190. Projektu umowy: Dotyczy § 2 ust 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów

przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

191. Projektu umowy: Dotyczy § 2, ust 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w przypadku co najmniej dwudniowego opóźnienia Wykonawcy z realizacją zamówienia, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający nie jest zobowiązany do odebrania towaru dostarczonego przez Wykonawcę ani do zapłaty za ten towar i może zlecić realizację zamówienia innemu podmiotowi. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego producenta, a różnicą kosztów i transportu obciążyć Wykonawcę” na „w przypadku co najmniej trzydniowego opóźnienia Wykonawcy z realizacją zamówienia, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający nie jest zobowiązany do odebrania towaru dostarczonego przez Wykonawcę ani do zapłaty za ten towar i może zlecić realizację zamówienia innemu podmiotowi. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego producenta z zastrzeżeniem zakupu po rażąco wysokiej cenie, a różnicą kosztów i transportu obciążyć Wykonawcę”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

192. Projektu umowy: Dotyczy § 5 ust 3 Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj. - dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania, - dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru? Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni roboczych jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

193. Projektu umowy: Dotyczy § 6 ust. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w umowie paragrafu na „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzając zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. W takiej sytuacji ceny netto pozostają bez zmian?”. Tym samym wnosimy o wykreślenie §6 ust.3

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

194. Projektu umowy: Dotyczy § 7 Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona takiego zapisu. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne tylko od Zamawiającego, jak też nie jest zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Wysokość zapotrzebowanie została ustalona na podstawie zużycia z lat poprzednich.

195. Projektu umowy: Dotyczy § 10 Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

196. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 2,3 Czy Zamawiający oczekuje zaferowania końcówek typu Gilson czy Eppendorf?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

197. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 7 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wymazówek bez próbki transportowej?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

198. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o pojemności 120 ml i całkowitej 140 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

199. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki z PP z zakrętką wykonaną z PE, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

200. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 11 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań? Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwo wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

201. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 11 Czy Zamawiający wymaga płyt białych czy przezroczystych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

202. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 24 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści próbki o pojemności 4ml i wymiarach 12x75 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

203. Dotyczy grupa 29 - laboratorium poz. 27 Czy Zamawiający dopuści ezy jednorazowego użytku, sterylne, o objętości 10ul, pakowane max po 20szt ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

204. Grupa 49 – Endoskopia Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o długości tylko 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

205. Grupa 51 – Endoskopia Poz. 3 Czy zamawiający dopuści jednorazową dwustronną szczoteczkę do mycia endoskopów o parametrach długość włosia 5 i 10mm oraz jednorazową szczoteczkę do mycia zaworów ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

206. Grupa 51 – Endoskopia Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek czyszczących jednorazowych do endoskopu składający się z:

- szczotka dwustronna, średnica włosia 5 mm i 10 mm, długość 230 cm
- szczotka jednostronna do portów o długości 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

207. Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek jednorazowych: szczoteczka dwustronna o długości 230 cm, średnica cewnika 2,4 mm średnica włosia 5 i 10 mm Plus szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów endoskopowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

208. Grupa 52 – Endoskopia Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowe, długość robocza 160 cm, 180 cm, 230 cm, średnica szczęk 2,4 mm, szerokość otwarcia szczęk 6-7mm, objętość łyżeczki 1,628 mm³, z igłą lub bez, powlekane na całej długości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

209. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: SIWZ „DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

210. Dot. zad. 9, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną sterylną, jednorazowego użytku; pakowaną pojedynczo; wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym, wykonane z biokompatybilnego polietanu nowej generacji (badania kliniczne); hypoalergiczne, termoplastyczne, odporne na zginanie (tzw. pamięć kształtu) z samodomykającym się portem iniekcyjnym oraz zastawką bezwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w rtg, 6 pasków cieniujących: 24G-długość 19mm; przepływ 19ml/min (bez portu górnego, z dodatkowym otworem w igle, technologią Instaflash, umożliwiającym natychmiastowe potwierdzenie wzrokowe prawidłowej kaniulizacji) 22G-długość 25mm; przepływ 42ml/min; 20G-długość 32mm; przepływ 67ml/min; 18G--długość 32mm; przepływ 103ml/min; 17G -długość 45mm; przepływ 133ml/min; 16G-długość 45mm; przepływ 236ml/min; 14G-długość 45mm; przepływ 270ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

211. Dot. zad. 9, poz. 13 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną bezpieczną- sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo; wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym; wykonane z biokompatybilnego polietanu nowej generacji (badania kliniczne), hypoalergiczne, termoplastyczne, odporne na zginanie (tzw. pamięć kształtu) z samodomykającym się portem iniekcyjnym oraz zastawką bezwrotną zapobiegającą wypływowi krwi; elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w rtg;

konstrukcja kaniul eliminująca ryzyko ekspozycji na krew podczas kaniulacji naczyń; posiadające plastikową osłonkę z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią, która w pełni zamyka ostrze i światło igły; 22G-długość 25mm; przepływ 42ml/min; 20G-długość 32mm; przepływ 67ml/min; 18G--długość 32mm; przepływ 103ml/min; 17G -długość 45mm; przepływ 133ml/min; 16G-długość 45mm; przepływ 236ml/min. Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną, bezpieczną, wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (badania kliniczne); hypoalergiczna, termoplastyczna, odporna na zaginanie; przeznaczona do małych, delikatnych żył; posiadająca otwór na obwodzie kaniuli, przy ostrzu igły, umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji; sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu; elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie; konstrukcja kaniuli eliminująca ryzyko ekspozycji na krew podczas kaniulacji naczyń, posiadająca plastikową osłonkę, zapobiegającą zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią, która w pełni zamyka ostrze i światło igły; jałowa, z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar - 24 G (żółty) długość 19 mm , przepływ 21 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

212. Dot. zad. 9, poz. 14 Czy Zamawiający dopuści koreczki Luer dwufunkcyjne do kaniul dożylnych posiadające trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka, sterylne, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

213. Dot. zad. 9, poz. 15 Czy Zamawiający dopuści koreczki Luer standardowe, posiadające trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka do kaniul dożylnych, sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

214. Dot. zad. 9 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii; bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 525ml/min; wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi; wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,16 ml; możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni, dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami oraz lekami chemioterapeutycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

215. Dot. zad. 9, poz. 1, 4 Prosimy o dopuszczenie alternatywnego aparatu do infuzji grawitacyjnych o parametach :zestaw do infuzji grawitacyjnej; komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej; Spike ABS, igła czterokanałowa/ stożek; Kompatybilny z lipidami; Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu ; PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A; długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony; Objętość wypełnienia drenu 11 ml; średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny – EO; Złącze luer lock stałe; Komora kroplowa o długości 57mm ; na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod; Opakowanie 250 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

216. Dot. zad. 9 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie alternatywnego aparatu do przetaczania krwi o następujący parametrach: zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi,; ze z odpowietrzenia ;komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ minz filtrem 200 µm, długość min.90mm; Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet ; Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie); bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A; Kompatybilny z lipidami; długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony całość zestaw - 192cm. ; Objętość wypełnienia drenu 14 ml; średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny – EO; Złącze luer lock stałe ; na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

217. Dot. zad. 9 poz. 3 Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty na wskazany asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

218. Dot. zad. 9 poz. 8 Prosimy o dopuszczenie aparatu do infuzji grawitacyjnych: zestaw infuzyjny grawitacyjny, z technologią zapobiegającą dostawianiu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji; precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji; Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet; Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A , filtr 15 mikronów w dnie komory.(oznaczenie na opakowaniu) ; wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny ; długość drenu 175 cm (152+23), całkowita długość zestawu 185cm. Objętość wypełnienia drenu 19 ml, łącznik Y z zaworem dostępu bezigłowego; Dren zakończony łącznikiem luer z zatyczką z filtrem hydrofobowym 1,2 microns typu **priming cap** , sterylny – EO; na opakowaniu jednostkowym instrukcja obsługi, data ważności – 3 lata od daty prod.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

219. Dot. pakietu nr 9 poz. 9 Prosimy o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu: zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie tarczy, ze skalą pomiarową, w zakresie od 0 do 250 ml/h, odczyt w ml; Podawanie ze stałą prędkością przez cały czas trwania wlewu ; niezależny, przedłużony kroplomierz 20 kropli=1g+/- 0,1g; PCV bez DEHP, bez lateksu, ; długość zestawu 180 cm,; średnica wewnętrzna 3mm; klema na drenie do zamknięcia infuzji ; łącznik BD luer lock do łatwego wpięcia do wkłucia ; zatyczka z filtrem hydrofobowym z zabezpieczeniem przed wypływem; sterylny- EO, jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

220. Dot. pakietu nr 9 poz. 10 Prosimy o dopuszczenie aparatów do infuzji grawitacyjnej: zestaw infuzyjny grawitacyjny bursztynowy, ; precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na

zabezpieczenie igły po użyciu (podwieszenie kolca), ; **wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny** ; Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet; Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm ; bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A ; łącznik luer lock rotacyjny (obrotowy) na końcu drenu do łatwego wpięcia do wkłucia.; długość drenu 150 cm, (NT-44-G) Objętość wypełnienia drenu 12 ml, 180cm (NT-55-A) dodatkowo port igłowy, objętość wypełnienia drenu 13 ml.; Złącze luer lock **obrotowe** ; dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym **priming cap**; sterylność - EO, ; na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

221. Dot. pakietu nr 9 poz. 11 Prosimy o dopuszczenie zestawu do przetoczeń infuzyjnych o określonej objętości infuzji: Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych **o określonej objętości infuzji**; ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zatyczka, dren 230cm ; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą (co 1 ml) i portem do wstrzyknięć, 60 kropli/ml.; automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml.; elastyczna komora kroplowa pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu.; 15µm filtr infuzyjny, zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu i przypięcie drenu, ; port Y igłowy do dodatkowych wstrzyknięć, ; bez DEHP, lateksu, zatyczka z filtrem hydrofobowym na końcu drenu, ; łącznik obrotowy umożliwiający łatwe wpięcie do wkłucia, ;pakowany pojedynczo, ;sterylność EO, ;na opakowaniu jednostkowym rysunkowa instrukcja użycia, kod kreskowy oraz data ważności

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

222. Czy Zamawiający dopuści aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: SIWZ UMOWA wzór §2 ust. 3 „ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własne ryzyko i koszt, w terminie do ... dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zamówienia”

223. Grupa 28, poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki nieposiadające ściągaczy taliowych? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

224. Grupa 28, poz. 1-3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby absorbent posiadał właściwości antybakteryjne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

225. Grupa 44, poz. 10 Czy Zamawiający miał na myśli zestaw o składzie:

serweta	1	L2	130x90
serweta(owinięcie)	1	L2	150x90
serweta kompresowa	1	włóknina kompresowa	80x60
serweta kompresowa	6	włóknina kompresowa	25x20
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		60x60
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		90x60

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

226. Grupa 44, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści fartuchy posiadające rękaw prosty zamiast rękawa typu reglan?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

227. Pytania dotyczące treści umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

228. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawnione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawnione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawnione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

229. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w przypadku, gdy

wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażąca stratą”? Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub gwałtowna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

230. Pytania dotyczące treści umowy: Zważywszy na treść § 7 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona takiego zapisu. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne tylko od Zamawiającego, jak też nie jest zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Wysokość zapotrzebowanie została ustalona na podstawie zużycia z lat poprzednich.

231. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy słowa „z opóźnieniem” zostały zastąpione słowami „ze zwłoką”? Uzasadnione jest aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić w przypadku co najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru ze zwłoką (czyli opóźnieniem zawinionym przez Wykonawcę), nie zaś w przypadku jakichkolwiek opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

232. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

233. Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „W pozostałych przypadkach dostarczenie asortymentu innego niż opisany w niniejszej umowie, ale o porównywalnych parametrach i standardach jakościowych, wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.”? Dodanie powyższego zdania może usprawnić dostawy; nie zagraża natomiast interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował asortymentu zastępczego, będzie mógł przecież odmówić zgody na dostarczenie takiego asortymentu. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne

stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

234. Dotyczy Grupy 12 – asortyment różny odzież i pościel Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów pakowanych a`10szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 900 opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

235. Dotyczy Grupy 12 – asortyment różny odzież i pościel Pozycja nr 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek pakowanych a`50szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 80 opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

236. Dotyczy Grupy 12 – asortyment różny odzież i pościel Pozycja nr 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek pakowanych a`50szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 200 opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

237. Dotyczy Grupy 12 – asortyment różny odzież i pościel Pozycja nr 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków pakowanych a`100szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 70 opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

238. Dotyczy Grupy 12 – asortyment różny odzież i pościel Pozycja nr 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków pakowanych a`50szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 80 opakowań.

Odpowiedź: SIWZ „ DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI”

239. Dotyczy Grupy 12 – asortyment różny odzież i pościel Pozycja nr 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka w kolorze niebieskim, ponieważ tylko w takim kolorze występuje, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

240. Dotyczy Grupy 15 – papiery, żele, elektrody Pozycja 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania żelu do EKG w opakowaniu a`260g.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

241. Dotyczy Grupy 15 – papiery, żele, elektrody Pozycja 7 oraz 18 Czy Zamawiający wymaga, aby papiery do USG były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producenta Videoprinterów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektora SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski