



### OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 221000 euro na dostawę materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV – 33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki.

Znak sprawy: **SPZOZ SZWY / 2019 Nr ogłoszenia – 525648-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.**

W poszczególnych grupach wybrano następującą ofertę:

Nr grupy	Wybrana firma	Wartość netto <b>brutto</b> zł wybranej oferty	Nr oferty / Liczba pkt.
1	<i>numer oferty: 4</i> Aesculap-Chifa Sp.zo.o. 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 <i>Jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.</i>	63703,60 <b>68799,89</b> 3dni	4 / 100,00
	2M Materia Medica Sp.zo.o. 50-424 Wrocław ul. Krakowska 47/49		<b>ODRZUCONA</b>
2	<i>numer oferty: 4</i> Aesculap-Chifa Sp.zo.o. 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 <i>Jedna oferta.</i>	17657,40 <b>19069,99</b> 3dni	4 / 100,00
3	<i>numer oferty: 1</i> Medtronic Poland Sp.zo.o. 00-633 Warszawa ul. Polna 11 <i>Jedna oferta</i>	6048,92 <b>6532,83</b> 3dni	1 / 100,00
4	<i>numer oferty: 1</i> Medtronic Poland Sp.zo.o. 00-633 Warszawa ul. Polna 11 <i>Jedna oferta</i>	55544,00 <b>59987,52</b> 3dni	1 / 100,00
5	<i>numer oferty: 5</i> Przedsiębiorstwo YAVO Sp.zo.o. 97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 17 <i>Najkorzystniejsza oferta.</i>	1428,96 <b>1543,28</b> 3dni	5 / 100,00
	2M Materia Medica Sp.zo.o. 50-424 Wrocław ul. Krakowska 47/49		6 / 92,89
6	<i>numer oferty: 4</i> Aesculap-Chifa Sp.zo.o. 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 <i>Jedna oferta.</i>	6760,08 <b>7300,89</b> 3dni	4 / 100,00
7	<i>numer oferty: 3</i> BERYL MED LTD. 1 <sup>ST</sup> Floor, 26 Fouberts Place Londyn, England, W1F 7PP <i>Najkorzystniejsza oferta.</i>	2862,00 <b>3198,96</b> 3dni	3 / 100,00
	SUN-MED Spółka Cywilna 91-845 Łódź ul. Franciszkańska 104/112		2 / 82,26
8	<b>Przetarg unieważniono. Art. 93.ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Nie złożono żadnej oferty</b>		
9	<b>Przetarg unieważniono. Art. 93.ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Nie złożono żadnej oferty</b>		

**PRZEWIDYWANY TERMIN ZAWARCIA UMÓW Z WYBRANYMI WYKONAWCAMI TO 23.04.2019r. w siedzibie Zamawiającego lub zgodnie z pisemnym wnioskiem Wykonawcy.**

#### Oferty odrzucone

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodatek nr. 2 asortymentowo-cenowy odrzuca

ofertę Wykonawcy 2M Materia Medica Sp.zo.o. 50-424 Wrocław ul. Krakowska 47/49 – w grupie 1.

Zamawiający w Grupie 1 wymagał zaofierowania: poz. 27- 30 szew wchłaniaalny pleciony, z **poliglaktyny**, powlekany poligliktyną i stearynianem wapnia, **czas całkowitej absorpcji ok.42 dni**, czas podtrzymywania tkankowego 5 dni - 50%, 10-14 dni - 0%. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm. Wykonawca w ofercie dla Poz. 1-26, 31-35 proponuje szwy o nazwie WEGO PGLA, z dokumentów dołączonych do oferty na wezwanie z dnia 25.03.2019r wynika iż są to szwy jednoskładnikowe z kwasu poliglikolowego 100%. Jest to niezgodne z SIWZ.

Wykonawca w ofercie dla Grupie 1 proponuje szwy o nazwie WEGO PGLA, z dokumentów dołączonych do oferty na wezwanie z dnia 25.03.2019r wynika iż **czas całkowitej absorpcji wynosi ok.42-63 dni**. Jest to niezgodne z SIWZ.

Zapytania do SIWZ z dnia 19.03.2019r.

1. Dotyczy Grupy 1, poz. 1-26, 31-35 czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłaniałną,, powlekaną 50% kopolimer i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 30/70) 50% stearynianem wapnia, okres podtrzymywania po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%, całkowite wchłanianie 60-70 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zamawiający w Grupie 1 Poz. 10 i 11 wymagał zaofierowania: Plecionka wchłaniaalna, powlekana 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (**glikolid i l-laktyd 35/65**) 50% stearynian wapnia. Średnia wytrzymałość węzła na rozciąganie w okresie początkowym 140%. Okres podtrzymywania 0% po 35 dniach, wchłanianie całkowite 56-70 dni.

Wykonawca w ofercie dla Grupy 1 Poz. 10 i 11 proponuje szwy o nazwie WEGO PGLA 2015001 i A1015001, z dokumentów dołączonych do oferty na wezwanie z dnia 25.03.2019r wynika iż w skład podwiązek wchodzi kwas poliglikolowo-mlekowy 90/10. Jest to niezgodne z SIWZ.

Zamawiający w Grupie 1 Poz. 15 wymagał zaofierowania: Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła **odwrotnie tnąca** wzmocniona 90-100cm.

Wykonawca w ofercie dla Grupy 1 Poz. 15 proponuje szwy o nazwie WEGO PGLA A13372H-90, z dokumentów dołączonych do oferty na wezwanie z dnia 25.03.2019r wynika iż jest to igła 37mm, 1/2 ,okrągła, wzmocniona. Jest to niezgodne z SIWZ.

Zamawiający w Grupie 1 Poz. 20 wymagał zaofierowania: Nr 1 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła, **podwójnie wzmocniona** 90-100cm.

Wykonawca w ofercie dla Grupy 1 Poz. 20 proponuje szwy o nazwie WEGO PGLA AB1302HD-90, z dokumentów dołączonych do oferty na wezwanie z dnia 25.03.2019r wynika iż jest to igła 30mm, 1/2,wzmocniona, podwójna. Jest to niezgodne z SIWZ.

Zamawiający w Grupie 1 Poz. 26 wymagał zaofierowania: Nr 3/0- igła 19 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca z zakończeniem **micro-point** 70-75cm bezbarwna.

Wykonawca w ofercie dla Grupy 1 Poz. 26 proponuje szwy o nazwie WEGO PGLA A33193U-75, z dokumentów dołączonych do oferty na wezwanie z dnia 25.03.2019r wynika iż jest to igła 19mm, 3/8,odwrotnie tnąca, bezbarwna. Jest to niezgodne z SIWZ.

Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp zachowując zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa ofertę w w/w grupie.

### **Oferenci wykluczeni z postępowania**

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

### **Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów**

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Pouczenie: zgodnie z art. 180 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia, przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiących podstawę jego wniesienia.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski