



Sokółka dn. 08.02.2016r

WSZYSCY UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 209000 euro na dostawę odzieży roboczej, ochronnej, obuwia dla pracowników gospodarczych oraz bielizny dziecięcej wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV - 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki; 18813000-1 Obuwie z cholewkami ze skóry; 18400000-3 Odzież robocza; 33199000-1 Odzież medyczna.

Znak sprawy: **SPZOZ BIEL / 2016 Nr ogłoszenia - 23378 - 2016 z dnia 03.02.2016r.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Zapytanie dotyczy grupy V poz.1-6 czy zamawiający dopuści zamiast haftu zastosowanie białej taśmy klejonej z nazwą o treści SPZOZ SOKÓŁKA, czy można to zastosować do całego asortymentu w tej grupie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy zamawiający dopuści aby poz.1,2,3,5 z grupy V miały kolor jednolity, tkaniny w druku nie spełniają norm jakie są ujęte w specyfikacji. z tem. prania 95 stopni i tkanina kadziowana. Można zastosować tkaninę Medikalo gramaturze 180 g/m w pastelowych kolorach tj. pistacja ,fiolet ,błękit ,bananowy spełniające podane normy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Pytania do GRUPY IV SIWZ. Zamawiający wymaga aby sukienki operacyjne i ubrania operacyjne (bluza + spodnie) wielokrotnego użytku były wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny poliestrowo-bawełnianej o zawartości min 60% bawełny. Czy Zamawiający dopuści wykonanie ubrania operacyjnego z tkaniny o składzie bawełna 54,6 %, poliestr 44% i nitka węglowa 1,4% ,spełniającej wymagania normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia, również po 100 cyklach prania (parametr pylenia potwierdza raport z badań wydany przez niezależne laboratorium) oraz czystości cząstek stałych według wymagań normy PN-EN 13795. Różnica w zawartości bawełny o 5,4% nie powinna stanowić kryterium uniemożliwiającego dopuszczenie innych wykonawców. Dodatkowo niewielka zmiana w składzie surowcowym nie jest wyczuwalna dla potencjalnego użytkownika. Pragniemy nadmienić, że barierą między pacjentem a operatorem stanowi przede wszystkim fartuch operacyjny, który kategorycznie winien spełniać wymagania normy PN-EN 13795, natomiast proponowane przez nas ubranie spełnia najważniejsze kryteria powyższej normy a zarazem daje lepszy komfort pracy operatorowi taki jak przepuszczalność powietrza, pochłanianie potu. Dopuszczenie powyższego rozwiązania spowoduje większą ilość ofert, nie ograniczy konkurencji i pozwoli zamawiającemu na wybór oferty najkorzystniejszej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną w kolorze innym niż czerwonym, np. bordowym, szarym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kulakowski