



Sokółka dn. 18.11.2019r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221000 euro na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141200-2; 33194120-3 artykuły do infuzji .

Znak sprawy: **SPZOZ JU 2 / 2018 Nr ogłoszenia - 622300-N-2019 z dnia 2019-11-14 r.**

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

G R U P A 24 – linie do dializ - Czy Zamawiający dopuści Linie krwi do hemodializy do ap. sztucznej nerki typu Fresenius 4008S, 4008H , - linia żylna z jeziorkiem 21-23mm, z kompletem zacisków (na każdym odprowadzeniu) filtrem, - linia tętnicza z jeziorkiem 25-27mm, filtrem, igłą i workiem , z kompletem zacisków (na każdym odprowadzeniu) - końcówki linii zabezpieczone zatyczkami lub workiem odpływowym, sterylizowane parą wodną, 1 opakowanie zawiera 1 komplet tętniczo -żylny do przeprowadzenia 1 zabiegu.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski