



Sokółka dn. 14.09.2015r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 207000 euro na dostawę: odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SIWZ - CPV-33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Znak sprawy: **SPZOZ Koagulologia / 2015 Nr ogłoszenia 235952 z dnia 10 -09- 2015r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Czy Zamawiający dopuści analizator używany po kapitalnym remoncie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy zamawiający dopuści analizator w pełni automatyczny, wykonujący oznaczenia metodą wykrzepiania, chromogenną i immunologiczną - detekcja powstającego skrzepu metodą wiskozymetryczną? Metoda ta nie ustępuje metodzie optycznej a dodatkowo umożliwia badanie próbek hemolitycznych, lipemicznych i żółtaczkowych, ponieważ jest niewrażliwa na różnego rodzaju przebarwienia próbek, które to dyskwalifikują je do badania metodą optyczną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych wymagający przesunięcia kodu przed skanerem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści analizator obsługiwany wyłączenie za pomocą klawiatury?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści analizator z oprogramowaniem w języku polskim rezygnując jednocześnie ze skali punktowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści rekombinowaną tromboplastynę ludzką (ISI ok. 1.0) trwałą 5 dni na pokładzie analizatora oraz pół miesiąca w temperaturze lodówki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści odczynnik do APTT, ciekły gotowy do użycia oparty na syntetycznych polifenolach o trwałości 10 dni na pokładzie analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści odczynnik do D-dimerów ciekły gotowy do użycia, stabilny na pokładzie 15 dni, z liniowością bez wstępnego rozcieńczenia wynoszącą: 220 – 20 000 ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści analizator bez modemu serwisowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.