



Sokółka dn. 13.10.2015r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 207000 euro na dostawę: odczynników do oznaczania hormonów wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego do ich oznaczeń, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do SIWZ oraz dostawę pasków do oznaczania moczu wraz z dzierżawą analizatora/czytnika i zestawu komputerowego wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do SIWZ - CPV-33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Znak sprawy: **SPZOZ LAB4 / 2015 Nr ogłoszenia 266108 z dnia 08 -10- 2015r**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy grupy II. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu możliwość wpisywania parametrów osadu na wynik badania poprzez system informatyczny Prometeusz lub przez oprogramowanie zainstalowane na dołączonym komputerze PC?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Dotyczy grupy II. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu brak możliwości stosowania moczy kontrolnych pochodzących od producenta analizatora, co jest podyktowane nieprodukowaniem moczy kontrolnych przez producenta analizatora? Oczywiście dostępne i dedykowane są mocze kontrolne innych producentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sporządził: St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski