



Sokółka dn. 28.12.2020r

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214000 euro na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz jednocześnie dynamicznych stabilizatorów kręgosłupa lędźwiowego wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV-33140000-3 materiały medyczne ; 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: **SPZOZ JU 2 / 2020 Nr ogłoszenia - 770175-N-2020 z dnia 22.12.2020r.**

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. GRUPA 2A poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maskę z wywinętym mankietem?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

2. GRUPA 2A poz. 4 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- przezroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

3. GRUPA 2A poz. 5 Czy Zamawiający dopuści tylko jedną maskę w zestawie?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

4. GRUPA 2A poz. 5 Czy Zamawiający dopuści objętość dla dzieci 600 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

5. GRUPA 2A poz. 6 Czy Zamawiający dopuści jednoczęściową opaskę do stabilizacji rurki intubacyjnej, wykonana z miękkiej pianki obłożonej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem, mocowanie opaski za pomocą rzepu oraz samoprzylepnej taśmy, nie powoduje odleżyn, możliwość dopasowania średnicy opaski do obwodu głowy pacjenta, produkt jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgier

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski