



Sokółka dn. 21.09.2018r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartość 221000 euro na dostawę aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ: kolposkop video 1kpl, videolaryngoskop 2kpl., medyczna prowadnica światłowodowa giętka dla niemowląt i dzieci 1kpl CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. pt. „Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SPZOZ w Sokółce”.

Znak sprawy: **SPZOZ APMED 3 / 2018 Nr ogłoszenia – 619633-N-2018 z dnia 2018-09-20 r.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje iż wpłynęły zapytanie mające wpływ na treść SIWZ:

1. GRUPA 2 - Wideolaryngoskopy - Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop, którego optyka (kamera) wraz ze światłem LED wbudowana jest w każdą łyżkę wideolaryngoskopy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. GRUPA 2 - Wideolaryngoskopy - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wideolaryngoskopy o następujących parametrach i wyposażeniu:

Lekki i ergonomiczny wideolaryngoskop
Kolorowy ekran LCD min. 3,5" z możliwością obrotu w dwóch płaszczyznach z obsługą menu za pomocą wbudowanych przycisków
Rozdzielczość ekranu 640x480 pixeli
Odświeżanie obrazu 30 klatek na sekundę
Wbudowana w łyżkę optyka (kamera) wysokiej rozdzielczości odporna na zaparowywanie wraz z zintegrowanym światłem LED
Wbudowana kamera o wielkości matrycy 2 MP (CMOS)
Iluminacja światła białego LED 800 lux
Rejestracja filmów oraz zdjęć na wbudowanej pamięci 4GB wraz z możliwością transferu filmów i zdjęć bezpośrednio poprzez wbudowany port USB
Dostępny pełen zakres rozmiarów łyżek dla wszystkich grup wiekowych:
- jednorazowego użytku - dostępne rozmiary 1, 2, 3, 4, 5
Czas pracy - zasilania baterijnego 300 minut, ładowanie poprzez wbudowany port USB
WYPOSAŻENIE
Dwa rozmiary łyżek wielorazowych rozmiar noworodkowy – 1szt i pediatryczny – 1szt
Dwa rozmiary łyżek jednorazowych rozmiar noworodkowy – 15szt i pediatryczny – 15szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski