



Sokółka dn. 09.03.2018r

### WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 221000 euro na dostawę aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem gotowego do użycia, po wykonany przeglądzie okresowym, podemonstracyjny lub polisingowy rok produkcji nie wcześniej niż 2015., CPV-33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne.

Znak sprawy: **SPZOZ APMED / 2018 Nr ogłoszenia – 525319-N-2018 z dnia 2018-03-01**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Pytanie dotyczy dodatku nr 5 do SIWZ pkt. 38: odpowiedzią nr 4 na zadane pytania, Zamawiający zmienił parametry dopuszczające wielkości bramki dopplerowskiej. Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z regulacją wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego w zakresie 0,5mm - 15 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski