



Sokółka dn. 19.06.2020r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 214000 euro na dostawę tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne.

Znak sprawy: **SPZOZ IMP / 2020 Nr ogłoszenia – 2020/S 106-255919 z dnia 03.06.2020r.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje iż wpłynęły zapytanie mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy: GRUPA 8 pkt. 12 tabeli „Ostrze bez ogranicznika kompatybilne z nasadką piły oscylacyjnej napędu TPS Uniwersal Driver Stryker L – 31mm szer. 9mm, szer. cięcia 1,22mm oraz L - 18,5mm, szer. 9mm, szer. cięcia 1,22mm.” Czy Zamawiający dopuści: Ostrze bez ogranicznika kompatybilne z nasadką piły oscylacyjnej napędu TPS Uniwersal Driver Stryker: gł. cięcia 31mm, szer. krawędzi tnącej 9mm, gr. cięcia 0,38mm oraz gł. cięcia 18,5mm, szer. krawędzi tnącej 9mm, gr. cięcia 0,38mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy: GRUPA 8 pkt. 13 tabeli „Ostrze z ogranicznikiem kompatybilne z nasadką piły oscylacyjnej napędu TPS Uniwersal Driver Stryker L – 38mm szer. 9mm” Czy Zamawiający dopuści: Ostrze z ogranicznikiem kompatybilne z nasadką piły oscylacyjnej napędu TPS Uniwersal Driver Stryker: gł. cięcia 10mm, szer. krawędzi tnącej 9mm, gr. cięcia 0,38mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski