



Sokółka dn. 02.04.2020r

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 221000 euro na dostawę materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV – 33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki.

Znak sprawy: **SPZOZ SZWY / 2020 Nr ogłoszenia – 527595-N-2020 z dnia 2020-03-30r.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy grupy 4. pozycja nr 2. Czy Zamawiający dopuści odłączenie tej pozycji od reszty grupy bądź dopuści zaoferowanie w zamian jednorazowych staplerów z technologią DST (kierunkowym formowaniem zszywek) z linią zszywania o długości 45 mm albo 60 mm wraz z oddzielnymi ładunkami z tytanowymi zszywkami o wysokości 4,8 mm oraz 3,5 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowych staplerów z technologią DST (kierunkowym formowaniem zszywek) z linią zszywania o długości 45 mm albo 60 mm wraz z oddzielnymi ładunkami z tytanowymi zszywkami o wysokości 4,8 mm oraz 3,5 mm.**

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski