



Sokółka dn. 21.09.2020 r

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 214000 euro na kompleksową dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania oznaczeń OB, badania ogólnego moczu i równowagi kwasowo-zasadowej zgodnie z dodatkiem nr 2 i 5 do SIWZ. CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne, 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

**Znak sprawy: SPZOZ LAB 3 / 2020 Nr ogłoszenia – 586170-N-2020 z dnia 2020-09-17**

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy Grupy 3, pkt.16 - Czy Zamawiający dopuści aby objętość próbki w analizatorze wynosiła 135  $\mu$ L? Jest to zaledwie 10  $\mu$ L więcej niż objętość wymagana przez Zamawiającego

### **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Sporządził:  
St. inspektor d/s zamówień publicznych  
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:  
Dyrektor SPZOZ w Sokółce  
Jerzy Kułakowski