



Sokółka dn. 28.07.2020 r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 214000 euro na dostawę krążków do antybiogramów - Grupa 1, odczynników monoklonalnych - Grupa 2, odczynników do analizy równowagi kwasowo-zasadowej Corning 248 - Grupa 3, odczynników serologicznych - Grupa 4, odczynnik Giemsa - Grupa 5, Szczepów wzorcowych wraz z zestawem do ich przechowywania - Grupa 6, płynne odczynniki bakteriologiczne - Grupa - 7, Zestawów testowych do oznaczania w technice ELISA i CLIA z dzierżawa analizatora do ich wykonywania oraz dostawa testów potwierdzenia techniką Western Blot wraz dzierżawa sprzętu - Grupa 8, probówek - Grupa 9, testów do oznaczania MIC metodą mikrorozcieńczeń - Grupa 10, immunoenzymatycznych testów do oznaczania alergenów w systemie panelowym wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu do ich wykonania - Grupa 11, testów immunoenzymatyczne do wykrywania Clostridium difficile w kale - Grupa 12 - Kod CPV: 33696500-0 - odczynniki laboratoryjne

Znak sprawy: SPZOZ LAB 2 / 2020 Nr ogłoszenia – 565467-N-2020 z dnia 2020-07-23

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Prosimy o wyłączenie pozycji 3, 7-9, 11 z pakietu 4 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w pakiecie 4 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:
 - 1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
 - 2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
 - 3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 5 testy pakowane po 25 szt. w opakowaniu zbiorczym, każdy test zapakowany w osobną foliową saszetkę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 w pozycji 6 test kasetkowy, ze względu na zmniejszenie kontaktu z materiałem zakaźnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy: Grupa 1 - Krążki do antybiogramów. Warunki. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych, pakowanych po 4 kasety/fiolki w plastikowej tubie wraz z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Takie konfekcjonowanie pozwoli Zamawiającemu na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci, tym samym przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta, dodatkowo niweluje konieczność zabezpieczenia już otwartych opakowań w odpowiedni pojemnik do ich przechowywania. Każde zbiorcze opakowanie posiada etykietę zawierającą te same informacje co pojedyncza fiolka (nazwa krążka, skrót nazwy wg. CLSI/EUCAST, stężenie antybiotyku, numer katalogowy, seria produkcyjna, termin ważności, warunki przechowywania). Dodatkowo pragniemy nadmienić, że każda fiolka w zbiorczym opakowaniu ma dodatkowe zabezpieczenie fiolki nakładką w miejscu wyjmowania krążka przez diagnostę lub podczas używania dyspensera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy: Grupa 1 - Krążki do antybiogramów. Warunki. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych, które posiadają termin ważności 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Dotyczy: Grupa 1 - Krążki do antybiogramów. POZYCJA NR 51 Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu lateksowego konfekcjonowanego po 50 oznaczeń w opakowaniu z opcją przeliczenia na liczbę oznaczeń/testów wymagana przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy: Grupa 6 - Szczepy wzorcowe wraz z zestawem do ich przechowywania Warunki: Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania szczepów wzorcowych z pierwszego pasażu kolekcji ATCC, które mają formę liofilizowanych krążków i są pakowane po 10 sztuk w fiolce z terminem ważności około 9 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Dotyczy: Grupa 6 - Szczepy wzorcowe wraz z zestawem do ich przechowywania. Zestaw do przechowywania szczepów wzorcowych - POZYCJA NR 1 Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania próbek do przechowywania i pracy ze szczepami wzorcowymi konfekcjonowanych po 80 sztuk w opakowaniu z opcją przeliczenia na 2 opakowania, pokrywające wskazaną liczbę fiolek przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z buforem, który przygotowany jest dla określonej liczby oznaczeń i powinien być zużyty w ciągu jednego dnia roboczego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z czasem wykonywania badań do 4 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z 5 kalibratorami bez uwzględnienia tła, w formie linii standardowych na każdym pasku ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z naniesionymi liniami kalibratorów, w których intensywność wybarwienia pasm alergenowych oceniana jest automatycznie w klasach 0 do 6 systemu EAST, który koreluje z systemem RAST, a ilość przeciwciał klasy IgE jest ustalana jako stężenie kU/l obliczane w odniesieniu do intensywności wybarwienia pasm kalibratorów na każdym pasku testowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów wyłącznie z naniesionymi liniami kalibratorów, których wybarwienie pasm jest wyznacznikiem prawidłowo wykonanej inkubacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość sporządzania krzywej w czasie rzeczywistym, bez możliwości podglądu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Grupy nr 11 Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania testów do oznaczania profili alergicznych ze 175 µl rozcieńczonej próbki? Procedura z wykorzystaniem rozcieńczonej surowicy nie ma wpływu na wynik IgE, jest zwalidowana i posiada certyfikat CE/IVD.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o następującym składzie alergenów dla panelu pokarmowego:

- f1 Białko jaja
- f75 Żółtko jaja
- f2 Mleko krowie
- f45 Drożdże piekarskie
- f4 Mąka pszenna
- f5 Mąka żytnia
- f9 Ryż
- f14 Soja
- f13 Orzeszki ziemne
- f17 Orzech laskowy
- f20 Migdał
- f49 Jabłko
- f84 Kiwi
- f237 Morela
- f25 Pomidor
- f31 Marchew
- f35 Ziemniak
- f85 Seler
- f3 Dorsz
- f23 Krab
- Marker CCD
- Kalibrator 5
- Kalibrator 4
- Kalibrator 3
- Kalibrator 2
- Kalibrator 1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o następującym składzie alergenów dla panelu pediatrycznego:

- gx Mieszanina traw 2
(tymotka łąkowa, żyto zwyczajne)
- t3 Brzoza
- w6 Bylica
- d1 Dermatophagoides pteronyssinus
- d2 Dermatophagoides farinae

e1 Kot
e2 Pies
e3 Koń
m2 Cladosporium herbarum
m3 Aspergillus fumigatus
m6 Alternaria alternata
f1 Białko jaja
f75 Żółtko jaja
f2 Mleko krowie
f3 Dorsz
f76 α -Laktoalbumina
f77 β -Lactoglobulina
f78 Kazeina
e204 BSA
f4 Mąka pszenna
f9 Ryż
f14 Soja
f13 Orzech ziemny
f17 Orzech laskowy
f31 Marchew
f35 Ziemniak
f49 Jabłko
Marker CCD
Kalibrator 5
Kalibrator 4
Kalibrator 3
Kalibrator 2
Kalibrator 1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Grupy nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o następującym składzie alergenów dla panelu wziewnego:

g1 Tomka wonna
g3 Kupkówka pospolita
g6 Tymotka łąkowa
g12 Żyto
t2 Olcha
t3 Brzoza
t4 Leszczyna
t7 Dąb
w1 Ambrozja
w6 Bylica
w9 Babka lancetowata
d1 Dermatophagoides pteronyssinus
d2 Dermatophagoides farinae
e1 Kot
e2 Pies
e3 Koń
m1 Penicillium notatum
m2 Cladosporium herbarum
m3 Aspergillus fumigatus
m6 Alternaria alternata
Marker CCD
Kalibrator 5
Kalibrator 4
Kalibrator 3
Kalibrator 2
Kalibrator 1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski