



Sokółka dn. 06.05.2019r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości 221000 euro na dostawę **odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego 24 - parametrowego analizatora hematologicznego typu CBC-5DIFF z osprzętem. CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne; 33696200-7 Odczynniki do badania krwi.**

Znak sprawy: SPZOZ LAB 1 / 2019 Nr ogłoszenia – 541748-N-2019 z dnia 2019-04-26 r

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie i ujednoczenie informacji dot. przedmiotu zamówienia w kwestii możliwości oznaczania retikulocytów oraz niezbędnych do tego odczynników oraz kontroli. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie oddzielnego materiału kontrolnego dla parametrów retikulocytnych. Uzasadnienie: Zamawiający uwzględnił w punkcie 11 zestawienia wymaganych parametrów medyczno-technicznych analizatora hematologicznego wymóg możliwości oznaczania retikulocytów. Zapis ten stoi w sprzeczności z pozostałymi punktami opisującymi przedmiot zamówienia, jak również z brakiem wyszczególnionej ilości oznaczeń retikulocytów w formularzu asortymentowo-cenowym. Wymóg oferowania analizatora z możliwością oznaczania retikulocytów oraz materiału kontrolnego, dedykowanego tym oznaczeniom, znajduje uzasadnienie wyłącznie w przypadku rzeczywistej konieczności ich zastosowania. W przeciwnym wypadku, może wpłynąć na znaczne podwyższenie kosztów wykonywania badań w laboratorium, a tym samym podwyższy wartość oferty. W związku z powyższym, w przypadku realnej potrzeby oznaczania retikulocytów prosimy o podanie szacunkowego rozkładu ilościowego oznaczeń CBC, CBC+DIFF oraz RET jakie będą wykonywane na analizatorze oraz częstotliwości wykonywania oznaczeń kontrolnych ww. badań. Z uwagi na wątpliwy charakter opisu ww. cechy analizatora, zaoferowanie oddzielnego materiału kontrolnego dla parametrów retikulocytnych przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych analizatora. Poza tym wymóg zaoferowania jednego materiału kontrolnego dla wszystkich oznaczeń (włącznie z retikulocytami) preferuje tylko jedną firmę, co utrudnia uczciwą konkurencję i równe traktowanie wszystkich Wykonawców. Prosimy o uwzględnienie wyżej wymienionych uwag i pozytywne ustosunkowanie się do zapytania

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Sporządził:

St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski